

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	放射卫生检测、电离辐射检测、个人剂量监测服务技术需求： (1) CT 3 台 (2) DSA 2 台 (3) DR 2 台 (4) 外照射个人剂量监测 184 次 (5) 场所环境电离辐射防护检测 (3 台 CT 机房、2 台 DSA 机房、2 台 DR 机房)
★	2	医用 X 射线摄影系统 (DR) 型号:SEDECAL X PLUS (LP)
★	3	全身 X 射线计算机断层扫描系统 (CT) 型号:Optime CT660
★	4	X 射线计算机体层摄影设备 型号:Optima CT680 Expert
★	5	X 射线血管造影机 (DSA) 型号:AXIOM Artis U
★	6	医用血管造影 X 射线机 型号:Innova IGS 5
★	7	医用诊断 X 射线机 型号:PLD7600
★	8	X 射线计算机体层摄影设备 型号:Revolution ACTs
★	9	报告有效期:一年
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	