

# 政府采购公开招标文件

（货物类）

项目名称：宁夏医科大学总医院定制实验台采购项目（二次）

采购人：宁夏医科大学总医院

采购代理机构：宁夏恒信达项目管理咨询有限公司

# 目 录

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 采购需求
- 第四章 资格审查
- 第五章 评标程序
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

## 第一章 投标邀请

### 一、项目基本情况

1. 政府采购计划编号：2026NCZ001930
2. 项目名称：宁夏医科大学总医院定制实验台采购项目（二次）
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：1850000 元人民币
5. 最高限价：1850000 元人民币
6. 采购需求：

| 序号 | 标的名称  | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 备注 |
|----|-------|------|----|------|----|
| 1  | 定制实验台 | 套    | 1  | 否    |    |

7. 合同履行期限：合同签订 30 日内。
8. 本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否

### 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

#### 2.1 中小企业政策

- ☐ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。具体情况符合以下情形：
- ☐ 法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；
  - ☐ 因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；
  - ☐ 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

☐框架协议采购项目；

☐省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

对未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予\_0%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 0%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 0%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

☒本项目专门面向 ☒中小微企业 ☐小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小微/小微企业制造。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行：

☐分包 ☐联合体☐合同分包。

## 2.2 其他落实政府采购政策的资格要求：

2.2.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《宁夏回族自治区政府采购促进中小企业发展管理办法实施细则》(宁财规发〔2021〕2号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《关于落实政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》(宁财(采)发□2022□275号)；

2.2.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；

2.2.3 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、《自治区财政厅残疾人联合会关于政府采购支持残疾人就业有关问题的通知》(宁财(采)发〔2020〕545号)；

2.2.4 《财政部国家发展和改革委员会关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、《关于印发节能产品政策采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)；《财政部国家环保总局联合印发〈关于环境标志产品政府采购实施的意见〉》(财

库〔2006〕90号)、《关于印发环境标注产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号);《宁夏回族自治区财政厅关于建立节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(宁财(采)发〔2021〕271号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);

2.2.5 对本国产品的支持政策:根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)、《宁夏回族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购本国产品标准及相关政策的通知》(宁财(采)发(2025)427号)的规定,政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审;当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。和的比例达到80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审;

2.2.6 根据(财库(2026)2号)《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》,政府采购评审中出现《通知》中要求的情形之一的,评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序。

### 3.本项目的特定资格要求:

3.1 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照(或事业单位法人证书),如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明;

3.2 法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件(法定代表人直接投标可不提供,但须提供法定代表人身份证复印件);

3.3 提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函;

3.4 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(承诺函);

3.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函;

3.6 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(承诺函);

3.7 供应商在中国政府采购网未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单,在“信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。(开标现场查询);

3.8 投标人须提供《中小企业声明函》。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。

5.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 三、获取招标文件

时间：2026年07月07日 17时00分至2026年07月14日 23时59分，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：中国政府采购网、宁夏回族自治区政府采购网、惠泽招电子招标投标交易平台

方式：电子下载

售价：0元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年07月28日 09时00分（北京时间）

地点：惠泽招电子招标投标交易平台。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本公告在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、宁夏政府采购网（[www.ccgp-ningxia.gov.cn](http://www.ccgp-ningxia.gov.cn)）、惠泽招电子招标投标交易平台（[www.huizezhao.cn](http://www.huizezhao.cn)）同时发布。

2. 请各供应商在报名结束至开标前随时关注中国政府采购网、宁夏回族自治区政府采购网和惠泽招电子招标投标交易平台，您所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容在中国政府采购网、宁夏政府采购网和惠泽招电子招标投标交易平台以公告形式公示。采购代理机构及采购人不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更（澄清、补充等）公告从而导致投标失败，其后果自行承担。

3、招标代理费：招标代理服务收费按原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂

行办法》（计价格[2002]1980 号）和宁夏回族自治区物价局宁价费[2003]149 号文件收费标准收取，其中货物、服务及工程项目按收费标准下浮 35%计收；医用耗材项目按收费标准下浮 55%计取。 备注：1. 院内采购项目按照此标准执行；2. 项目招标结束，核定招标代理费不足 600 元，按照定额 600 元收取。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名称：宁夏医科大学总医院

地址：银川市胜利街 804 号

联系方式：0951-6743745

### 2. 采购代理机构信息

名称：宁夏恒信达项目管理咨询有限公司

地址：宁夏建筑设计研究院七层 707 室（宁夏恒信达项目管理咨询有限公司）

联系方式：0951-3938377

### 3.项目联系方式

项目联系人：张彩琴、石嘉玉、邓银莎

电 话：0951-3938377

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

标记☼的选项意为适用于本项目，标记●的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 事项     | 说明和要求                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 核心产品   | 是否属于单一产品采购项目：□是 <input checked="" type="checkbox"/> 否<br>(若选择“否”)核心产品为： <a href="#">边台、中央台</a>                                                                                                                                                                        |
| 2  | 进口产品   | 是否允许采购进口产品：□是 <input checked="" type="checkbox"/> 否<br>(若选择“是”，需明确允许采购进口产品的具体标的)其中允许采购进口产品的采购标的： <a href="#">/</a><br>(其他采购标的不允许采购进口产品)                                                                                                                               |
| 3  | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：□是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | 现场考察   | 是否组织现场考察：□是 <input checked="" type="checkbox"/> 否<br>(若选择“是”)<br>相关要求： <a href="#">/</a>                                                                                                                                                                              |
| 5  | 开标前答疑会 | 是否召开开标前答疑会：□是 <input checked="" type="checkbox"/> 否<br>(若选择“是”)<br>相关要求： <a href="#">/</a>                                                                                                                                                                            |
| 6  | 样品     | 是否需要提交样品： <input checked="" type="checkbox"/> 是 □否<br>样品具体要求如下：<br>(1) 样品制作的标准和要求： <a href="#">(1) 详见第四章项目说明和采购需求</a><br>(2) 是否需要随样品提交相关检测报告：□是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 (若选择“是”，还需明确检测机构的要求、检测内容等)<br>(3) 样品提交要求： <a href="#">投标单位根据项目说明和采购需求提供符合招标</a> |

| 序号 | 事项    | 说明和要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <p>技术要求的悬挂集成管线功能柱 240×240×1500mm悬挂式储物柜 1300×500×600mm、悬挂式功能模块桥架 1300×420×200mm 提供样品,以上样品组装成套,悬挂集成管线功能柱配置水、气体拷克,悬挂式功能模块桥架配备电源插座。</p> <p>(4) 未中标人样品(应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理):<br/>开标结束后退还。</p> <p>(5) 中标人样品保管、封存(中标人样品应作为履约验收的参考):<br/>封存: 中标人样品作为履约验收的参考。</p> <p>(6) 其他要求: /</p> <p>(要求投标人提供样品的,应在采购文件中明确样品的评审方法以及评审标准)</p> |
| 7  | 报价方式  | <input checked="" type="checkbox"/> 总价 <input type="checkbox"/> 单价 <input type="checkbox"/> 费率 <input type="checkbox"/> 折扣 <input checked="" type="radio"/> (自行填写, 建议对折扣报价方式予以进一步说明, 如优惠率、下浮率、折扣率等)                                                                                                                     |
| 8  | 投标保证金 | <p>是否需要缴纳投标保证金: <input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>(若选择“是”)投标保证金缴纳要求:</p> <p>(1) 缴纳金额: 元</p> <p>(2) 缴纳时间: /</p> <p>(3) 缴纳方式: /</p> <p>(4) 退还方式: /</p> <p>(5) 其他要求: /</p> <p>投标保证金不予退还的情形: /</p>                                                                                      |
| 9  | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起不少于 60 自然日。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | 资格审查  | <input checked="" type="checkbox"/> 采购人审查<br><input type="checkbox"/> 采购人和采购代理机构共同审查<br><input type="checkbox"/> 采购人委托采购代理机构审查                                                                                                                                                                                          |

| 序号 | 事项    | 说明和要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 评标方法  | <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法<br>(具体评标标准详见第五章)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | 确定中标人 | 是否委托评标委员会直接确定中标人: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>中标候选人并列的, 由 <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 采购人委托评标委员会, 按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | 分包    | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否<br>(如选择“是”) 分包具体要求:<br>(1) 可以分担保履行的具体内容: /<br>(2) 允许分包的金额或者比例: /<br>(3) 其他要求: /                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | 询问    | 询问送达形式: 纸质<br>询问联系部门及人员: 张彩琴、石嘉玉、邓银莎<br>询问联系电话: 0951-3938377<br>询问联系地址: 银川市阅海中央商务区宁夏建筑设计研究院 7 层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 | 质疑    | 是否要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 | 代理费用  | 是否收取代理费用: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>(如选择“是”) 代理费用收费对象: <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人<br>收取标准 招标代理服务费按原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号) 和宁夏回族自治区物价局宁价费[2003]149 号文件收费标准收取, 其中货物、服务及工程项目按收费标准下浮 35%计收; 医用耗材项目按收费标准下浮 55%计取。<br>备注: 1. 院内采购项目按照此标准执行; 2. 项目招标结束, 核定招标代理费不足 600 元, 按照定额 600 元收取。<br>收取方式: 转账<br>收取时间: 领取通知书之前 |
| 17 | 履约    | 是否需要缴纳履约保证金: 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 序号 | 事项     | 说明和要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 保证金    | <p>(若选择“是”)履约保证金缴纳要求:</p> <p>(1) 缴纳金额: 按照合同总价的 5%</p> <p>(2) 缴纳时间: 按合同约定执行</p> <p>(3) 缴纳方式: 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</p> <p>(4) 退还方式: 原路退回</p> <p>(5) 其他要求: /</p> <p>(履约保证金有效期: 自合同生效之日起至合同约定的中标供应商主要义务履行完毕止)</p>                                                                                                                       |
| 18 | 实质性要求  | 本招标文件中标注“ /”的为实质性要求(自行确定醒目标志)。投标人应当在投标文件中进行实质性响应, 否则作无效投标处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 | 其他补充事项 | <p>(1)评标委员会由 5 人组成, 其中评委专家 4 人, 评委专家从专家库内随机抽取, 采购方评委 1 人。</p> <p>(2)根据工信部联企业(2011) 300 号文件; 本项目所属行业为: 工业。</p> <p>(3)中标人应提交的其他文件: 在开标时间后 3 个工作日内, 请中标供应商在中标公告发出后向我公司提供以下资料: 1、纸质版投标文件: 四份; 2、电子版投标文件(PDF 格式盖章及 word 格式版本各壹份)</p> <p>注: 将上传的完整电子投标文件直接双面打印, 胶印装订成册, 封皮注明项目名称、项目文件编号、投标供应商名称。其中, PDF 格式及 word 格式版本的电子投标文件须与上传到系统里的电子投标文件内容格式一致。</p> |

## 二、投标人须知

### （一）总则

#### 1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 投标人（也称“供应商”“投标供应商”“申请人”等）是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.4 联合体是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购。

#### 2.政府采购政策

##### 2.1 采购本国货物、工程和服务

2.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

2.1.2 采购人需要采购的产品在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取，以及法律法规另有规定确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前获得财政部门核准后。在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品，应当在采购文件中明确作出不允许进口产品参加的规定。未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。

2.1.3 财政部门审核同意购买进口产品的，应当在采购文件中明确规定可以采购进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

2.1.4 采购人及其委托的采购代理机构在采购进口产品的采购文件中应当载明优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新

方案的供应商的进口产品。

## **2.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位**

2.2.1 中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.2.1.1 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2.2.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

2.2.1.3 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.2.1.4 中小企业参加政府采购，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.2.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.2.4 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾

人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

## **2.3 政府采购节能产品、环境标志产品**

2.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府采购优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。

2.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.3.3 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

## **2.4 采购需求标准**

2.4.1 本项目如涉及台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库采购的，应按照《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）实施相关采购活动。

2.4.2 本项目如涉及办公场所类物业管理服务采购的，可参考使用《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）。

2.4.3 本项目如涉及数据中心相关设备、运维服务采购的，应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动。

2.4.4 本项目如涉及商品包装和快递包装采购的，可参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号），积极推广应用。

2.4.5 本项目如涉及专利商标代理服务、可参考《专利商标代理服务政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2024〕275号）。

2.4.6 本项目涉及的采购标的，如有应当或者可参考的政府采购需求标准，应按照相关政策要求执行。

### **3.投标费用**

无论投标的结果如何，投标人应自行承担其所有与准备和参加投标有关的费用。

## **（二）招标文件**

### **4.招标文件构成**

#### **4.1 招标文件包括以下部分：**

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 资格审查

第五章 评标程序

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，并按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全体资料的合法性和真实性。投标人应对招标文

件做出实质性响应，否则**投标无效**。

4.3 招标文件不得以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构等对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，不得对民营企业设置不平等条款，不得对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品区别对待。

4.4 招标文件应落实性别平等政策要求，不得设置任何形式的性别歧视。

## 5.招标文件的澄清与修改

5.1 采购人及其委托的采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容。

5.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准未澄清的，以《投标人须知前附表》为准；《投标人须知前附表》不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人及其委托的采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人及其委托的采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

## （三）投标文件的编制

### 6.投标范围及文字、计量单位要求

6.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应，如仅响应部分内容，**投标无效**。

6.2 无论招标文件中是否有明确要求，投标人所投货物、提供的服务或工程均应符合国家强制性标准或规定。

6.3 除专用术语外，投标文件应使用中文书写(必要时，专有术语应附有中文解释)，并采用通用的图形符号，不得出现与常规书写格式不符的内容。

6.4 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用

中华人民共和国法定计量单位。

## 7.投标文件构成

7.1 投标文件的格式要求，详见第七章《投标文件格式》。

7.2 投标文件应由资格证明文件、商务技术文件等部分组成，投标人应对照招标文件要求提交涉及的相关材料及投标人认为应附的其他材料。

## 8.投标报价

8.1 所有投标均以人民币报价。

8.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

8.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

## 9.投标保证金

9.1 投标人应按《投标人须知前附表》中规定的金额及要求缴纳投标保证金。

9.2 缴纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，**投标无效**。

9.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。

9.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.5 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

9.6 采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率/市场报价利率 LP R 上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 10.投标有效期

投标文件应在本招标文件《投标人须知前附表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，**投标无效**。

#### **（四）投标文件的递交**

##### **11.投标文件的密封和递交**

11.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封递交。采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。采购人或者采购代理机构不得因投标文件装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标。

11.2 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

11.3 任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

#### **（五）开标、资格审查及评标**

##### **12.开标**

12.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。投标人不足 3 家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

12.2 开标时，采购人或者采购代理机构宣布投标人名称，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

12.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

##### **13.资格审查**

13.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，具体详见第四章《资格审查》。

13.2 采购人、采购代理机构应在采购文件中明确信用信息查询的查询渠道及截止时间、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等内容，并通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询投标人的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

13.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

## **14.评标委员会**

14.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

14.2 依法自行选定评审专家的，采购人或者采购代理机构应当查询有关信用记录，不得选定具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员。

14.3 评标委员会成员名称在评标结果公告前应当保密。

## **15.评标程序**

详见第五章《评标程序》。

## **（六）确定中标和签订合同**

## **16.确定中标人**

16.1 评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；（二）投标人名单和评标委员会成员名单；（三）评标方法和标准；（四）开标记录 and 评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正、评标委员会成员的更换等。

16.2 评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

16.3 采购人应在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标人候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## **17.中标公告与中标通知书**

17.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在宁夏政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

17.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## **18.废标**

18.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

18.2 废标后，采购人应将废标理由通知所有投标人。

## **19.签订合同**

19.1 采购人、中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

19.2 采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作

为签订合同的条件。采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。

19.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，依法承担法律责任。

19.4 中标人应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》有关要求。

19.5 采购项目涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、涉及、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式。

19.6 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

## **20.合同公告**

20.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在“宁夏政府采购网”予以公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密和其他依法不得公开的内容除外。

20.2 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。

20.3 依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在“宁夏政府采购网”发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密和其他依法不得公开的内容除外。

**20.4 为落实政府采购领域落实性别平等政策要求，采购人在发布合同公告时，应同步发布中标人法定代表人的姓名及性别。**

20.5 采购人应当在政府采购合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。

## **21.政府采购合同信用融资**

中标人为中小微企业的，可以在取得中标通知书后，通过“宁夏政府采

购网”——“政府采购合同信用融资系统”，向相关金融机构、担保机构申请政府采购融资服务。

## **22.代理费用**

22.1 代理费用可以由中标供应商支付，也可由采购人支付。代理费用收取对象、收取方式及标准详见《投标人须知前附表》。代理费用由中标供应商支付的，供应商报价应当包含代理费用。代理费用超过分散采购限额标准的，原则上由中标供应商支付。

22.2 代理机构应当在采购文件中明示代理费用收取方式及标准，随中标结果一并公开本项目收费情况，包括具体收费标准及收费金额等。

## **（七）合同履行、验收、资金支付和档案保管**

## **23.合同履行**

23.1 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

23.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.3 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》等法律法规。

## **24.履约验收**

24.1 采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当对验收结果进行书面确认。

24.2 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。履约验收的各项资料应当留档备查。

24.3 对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与

验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

## **25.资金支付**

25.1 对于满足合同约定支付条件的，采购人应当根据采购合同的约定向供应商支付采购资金、退还履约保证金，原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后 1 个工作日内完成资金支付事宜。

25.2 采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

## **26.档案保管**

采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件。采购文件可以用电子档案方式保存。

# **（八）询问、质疑和投诉**

## **27.询问**

27.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知前附表》载明的形式送达采购人或者采购代理机构。

27.2 采购人或者采购代理机构对供应商依法提出的询问，应当在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## **28.质疑**

28.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到

质疑函后 7 个工作日内作出答复。

28.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

28.3 质疑供应商在法定质疑期内，可通过宁夏回族自治区政府采购网——“政府采购在线质疑投诉系统”提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑次数应符合《投标人须知前附表》的规定。

## **29.投诉**

29.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29.2 投诉供应商在法定投诉期内，可通过宁夏回族自治区政府采购网——“政府采购在线质疑投诉系统”提出投诉。

## **（九）保密及回避要求**

### **30.保密要求**

30.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

30.2 有关人员对标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### **31.回避要求**

31.1 政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

31.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

31.3 各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

## (十) 需要补充的其他内容

32.需要补充的其他内容: /

### 第三章 采购需求

#### 一、商务要求

- 1、采购标的交付（实施）的时间（期限）：合同签订 30 日内
- 2、采购标的交付地点（范围）：将全部设备及安装所需配件、材料运输及卸车至采购人指定地点。
- 3、付款条件（进度和方式）：待货物验收合格，设备安装、调试运转正常，投标人为采购人培训结束、采购人无疑问，且投标人已按本合同要求交纳履约保证金后采购人 90 日内向投标人支付 100% 货款。
- 4、履约保证金：合同金额的 5%
- 5、包装和运输：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。
- 6、售后服务：质保期内出现产品质量及安装问题，由投标人负责包修、包换或包退（维修、更换的范围包括设备本身及其安装使用的相关配件、材料），并承担因此而产生的一切费用。投标人应在收到采购人通知后 24 小时内派员到现场维修。
- 7、安装调试：货物运抵采购人指定地点 15 个工作日内投标人负责安装、调试完成或者在接到采购人安装、调试指令后 15 个工作日内完成安装、调试。
- 8、交付标准和方法（验收标准）：验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证

据。由此产生的有关费用由投标人承担。

9、质保期：2 年。

10、培训：投标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件和构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方的协商安排。

11、其它：本项目为交钥匙项目，内容包含但不限于：项目所需全部设备供货、现场安装、系统调试、整体集成对接；配套给水、用电、网络线路改造；原有屋顶局部拆除、复原及防尘防护处理等全部相关工作。投标人投标报价为全包总价，须全额包含设备购置费、安装施工费、配套辅材耗材费、人员培训费、技术服务费、运输及保险费、现场措施费、管理费、及国家规定全部税费，后期不再另行计取任何新增费用。

二、技术要求

1.标的清单

| 序号 | 采购<br>品目 | 标的<br>名称 | 数量<br>（<br>计<br>量<br>单<br>位） | 预<br>算<br>金<br>额/<br>最<br>高<br>限 | 标的<br>对应<br>所属<br>行业 | 是否<br>涉及<br>核心<br>产品 | 是否<br>涉及<br>采<br>购<br>进 | 是否<br>涉及<br>强制<br>采购<br>节能<br>产品 | 是否<br>涉及<br>优先<br>采购<br>节能<br>产品 | 是否涉及<br>优先采购<br>环境标志<br>产品 |
|----|----------|----------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|----|----------|----------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|

|   |          |               |     |                    |    |   |             |   |   |   |
|---|----------|---------------|-----|--------------------|----|---|-------------|---|---|---|
|   |          |               |     | 价<br>(<br>如<br>有)  |    |   | 口<br>产<br>品 |   |   |   |
| 1 | 其他<br>家具 | 定制<br>实验<br>台 | 1 套 | 185<br>000<br>0.00 | 工业 | 是 | 否           | 是 | / | / |

## 2.标的详细技术要求

### (一) 标的清单

| 序号      | 设备名称          | 长*宽*高(mm)     | 单位 | 数量 |
|---------|---------------|---------------|----|----|
| 一、综合实验室 |               |               |    |    |
| 1       | 边台            | 5000*850*850  | 组  | 2  |
| 2       | 中央台           | 9500*1500*850 | 组  | 6  |
| 3       | 中央台           | 3400*1500*850 | 组  | 3  |
| 4       | 中央台           | 2550*1500*850 | 组  | 2  |
| 5       | PP 水盆         | 550*450*300   | 套  | 4  |
| 6       | 三口水龙头         |               | 套  | 4  |
| 7       | 滴水架           | 400*550*110   | 个  | 4  |
| 8       | 洗眼器           | 单口            | 套  | 4  |
| 9       | 挡水板           | 1500*250*10   | 块  | 4  |
| 10      | 悬挂集成管线功能<br>柱 | 240*240*1950  | 个  | 4  |

|    |           |              |   |     |
|----|-----------|--------------|---|-----|
| 11 | 悬挂集成管线功能柱 | 240*240*1500 | 个 | 47  |
| 12 | 悬挂式可调层板组件 | 1300*420*45  | 块 | 10  |
| 13 | 悬挂式可调层板组件 | 1400*420*45  | 块 | 12  |
| 14 | 悬挂式可调层板组件 | 1500*420*45  | 块 | 12  |
| 15 | 悬挂式储物柜    | 1300*500*600 | 套 | 5   |
| 16 | 悬挂式储物柜    | 1400*500*600 | 套 | 6   |
| 17 | 悬挂式储物柜    | 1500*500*600 | 套 | 12  |
| 18 | 悬挂式功能模块桥架 | 1300*420*200 | 套 | 10  |
| 19 | 悬挂式功能模块桥架 | 1400*420*200 | 套 | 12  |
| 20 | 悬挂式功能模块桥架 | 1500*420*200 | 套 | 18  |
| 21 | 紧急喷淋洗眼器   |              | 套 | 1   |
| 22 | 照明灯       | 24V 低压直流     | 套 | 80  |
| 23 | 开关        | 86 型         | 个 | 22  |
| 24 | 插座        | 86 型         | 个 | 538 |
| 25 | 网口        | 六类单孔面板       | 个 | 120 |

|         |       |               |   |    |
|---------|-------|---------------|---|----|
| 26      | 水考克   |               | 个 | 24 |
| 27      | 气体考克  |               | 个 | 16 |
| 28      | 更衣柜   | 900*500*1800  | 个 | 4  |
| 二、库房    |       |               |   |    |
| 1       | 安全储存柜 | 1090*460*1650 | 组 | 1  |
| 三、过渡细胞间 |       |               |   |    |
| 1       | 边台    | 3600*750*850  | 组 | 1  |
| 2       | 边台    | 2250*750*850  | 组 | 1  |
| 3       | 插座盒   | 双口            | 个 | 5  |
| 4       | 插座    | 86 型          | 个 | 10 |
| 四、标准细胞间 |       |               |   |    |
| 1       | 边台    | 1140*800*850  | 组 | 1  |
| 2       | 边台    | 1450*750*850  | 组 | 1  |
| 3       | 边台    | 1200*800*850  | 组 | 1  |
| 4       | 插座盒   | 双口            | 个 | 3  |
| 5       | 插座    | 86 型          | 个 | 6  |
| 五、盥洗间   |       |               |   |    |
| 1       | 边台    | 2140*750*850  | 组 | 1  |
| 2       | PP 水盆 | 550*450*300   | 套 | 1  |
| 3       | 三口水龙头 |               | 套 | 1  |
| 4       | 滴水架   | 400*550*110   | 个 | 1  |
| 5       | 洗眼器   | 单口            | 套 | 1  |

|          |     |              |   |   |
|----------|-----|--------------|---|---|
| 6        | 挡水板 | 2140*100*13  | 块 | 1 |
| 六、显微镜实验室 |     |              |   |   |
| 1        | 边台  | 3340*750*850 | 组 | 1 |
| 2        | 插座盒 | 双口           | 个 | 3 |
| 3        | 插座  | 86 型         | 个 | 6 |
| 七、气瓶室    |     |              |   |   |
| 1        | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 组 | 3 |

## (二) 标的详细技术要求

### 1.边台要求

1.1 台面：采用不小于 13mm 厚实芯理化板，耐酸碱腐蚀；台面表面采用 EBC 电子束固化技术，具有良好的耐腐蚀，易清洁、便于消毒和维护性能。提供由 EBC 技术的使用证明（证书报告复印件加盖公章）。具体参数要求如下，并提供相关证明资料：

1.1.1 提供第三方检测机构出具的检测报告，测试方法参照 GB/T17657-2022，污染物种类参考 SEFA3.0,接触时间为 24h.测试结果为 5 级。

1.1.2 提供第三方检测机构出具的甲醛报告,依据 GB18580-2017 标准，结果为：<0.010mg/m<sup>3</sup>，符合 GB/T39600-2021 中 ENF 级(检测报告复印件加盖公章)。

1.1.3 台面符合国家标准 GB/T7911-2024 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板中厚型高压装饰板(CGS)要求,判断结果为合格，提供第三方检

测机构出具的检测报告:耐干热性能为:光泽:五级(无明显变化),其他:五级(无明显变化);耐大球冲击性能:落球高度:1800mm,凹痕直径: $\leq 6\text{mm}$ ;24h吸水率(根据 GB/T17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法): $\leq 0.1\%$ ;表面耐水蒸气性能性能:光泽:不低于 5(无变化),其他:不低于 5(无变化);表面耐湿热性能:光泽:不低于五级(无明显变化),其他:不低于五级(无明显变化);耐沸水性能:质量增加百分率 $\leq 0.5\%$ ,厚度增加百分率 $\leq 0.5\%$ ,装饰面质量:光泽不低于 5 级,其他:不低于 5 级,侧面质量:不低于 5 级;高温尺寸稳定性:横向和纵向一致且 $\leq 0.1\%$ ;漆膜硬度(根据 GB/T17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法): $>9\text{H}$ 。

1.1.4 台面材料需提供由第三方提供的相关的清洁性测试报告。

1.2 框架:采用不小于  $40*60*1.5\text{mm}$  钢管;

1.3 活动柜柜体:采用不小于  $1.0\text{mm}$  厚优质冷轧钢板,表面经酸洗、磷化、抛光等处理后环氧树脂粉体喷塑,具有防锈、防腐功能;

1.4 门、抽屉面:采用不小于  $1.0\text{mm}$  厚优质冷轧钢板。结构为双层中空内加筋,增强柜门的稳定性,减少变形几率及开启时噪音;

1.5 抽身:采用不小于  $1.0\text{mm}$  厚优质冷轧钢板,结构为“一片式”设计,可有效防止液体泄漏。

1.6 隔板:采用不小于  $1.0\text{mm}$  厚优质冷轧钢板,可承载不小于 90 千克;

1.7 铰链:采用 304 不锈钢材质平板合页,开启角度可达 180 度,无噪音,耐腐蚀;需提供产品 72h 中性盐雾试验结果符合 10 级或以上的检测报告;

1.8 滑轨：采用 500mm 三节隐藏式阻尼自回滑轨，抽屉拉动自如，无噪音，经久耐用；滑轨由外轨、中轨、内轨三层轨道嵌套组成，配合钢珠滚动实现顺滑推拉；依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准，耐久性循环 50000 次测试结果合格；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。

1.9 把手：采用 304 不锈钢拉手或锌合金拉手或一体扣手，光泽好，美观耐用；

1.10 调节脚：采用高强度调整脚，承重、防潮、耐腐蚀，调整后保证实验台面水平；

1.11 轮子：采用平底单轴承耐磨聚丙烯轮，轻便耐用。

1.12 实验台技术性能要求，提供满足以下要求的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。荷载试验：在 $\geq 272\text{kg}$ 载荷下，最大变形不超过实验桌跨距的  $1/360$  且不超过  $1/8$  英寸( $3.175\text{mm}$ )，实验桌无结构性损坏，试验结果为符合；扭曲试验：将桌子保持  $45^\circ$  角，在桌面施加 $\geq 113\text{kg}$  荷载 72 个小时，当实验桌返回正常位置时，应能正常操作桌子，没有永久破坏现象，试验结果为符合；化学试剂试验：测试样板进行 49 种设定化学试剂测试，测试结果等级为 3 级的情况数量 $\leq 4$  个；热水试验： $88^\circ\text{C}$ – $96^\circ\text{C}$  热水以 $\geq 170\text{mL/min}$  的速率流到漆面 5min，冷却并擦干后，表面涂层应无热水导致的可见影响，试验结果为符合；漆面冲击试验：试验样板放置于平整的水泥地板上，将一个重 1 磅( $0.45\text{kg}$ )，直径约 2 英寸( $50.8\text{mm}$ )的实心钢球从 12 英寸( $304.8\text{mm}$ )高度自由跌落至试验样板上，涂层表面不会因冲击留下任何

可见的裂缝或龟裂，试验结果为符合；漆面附着力试验：表面涂层完整度为 4B 级别或更高（95%或更多的网格区域）；漆面硬度试验：表面涂层应能承受 4H 铅笔摩擦而没有穿透到基材且未形成完整的回路。

## **2.电源盒要求**

采用不小于 1.2mm 厚优质冷轧钢板制作，表面环氧树脂喷塑处理。提供厚度满足要求的电源盒产品检测报告。

## **3. 插座要求**

220V，10A/16A，含实验台范围内的电线，每组实验台含一个插头，带三孔插头。

## **4. 气瓶柜要求**

4.1 整体：采用不小于 1.0mm 厚冷轧钢板制作。表面经水洗、除油、陶化、纯水冲洗等处理后环氧树脂粉体喷塑，具有耐撞击、防锈、防腐功能；

4.2 门板：采用不小于 1.0mm 厚优质冷轧钢板，透明玻璃观察窗；

4.3 铰链：采用 304 不锈钢材质，非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定，每只铰链配装不小于六颗不锈钢螺丝，开合时无噪音，铰链打开角度不得<180 度；

4.4 采用天地连杆锁，材质锌合金基座、手柄、按钮，表面处理镀白锌；安装方便快捷可快速开启，手柄 90°旋转带动传动壳组件实现开启或锁闭；

4.5 内部设置气瓶固定支架，防止气瓶倾倒；

4.6 柜体侧面开孔，便于连接气体管路。

## 5.中央台要求

5.1 台面：采用不小于 13mm 厚实芯理化板，耐酸碱腐蚀；技术要求同以上边台台面的技术要求。

5.2 框架：采用不小于 40\*60\*1.5mm 钢管；

5.3 活动柜柜体：采用不小于 1.0mm 厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后环氧树脂粉体喷塑，具有防锈、防腐功能；

5.4 门、抽屉面：采用不小于 1.0mm 厚优质冷轧钢板。结构为双层中空内加筋，增强柜门的稳定性，减少变形几率及开启时噪音；

5.5 抽身：采用不小于 1.0mm 厚优质冷轧钢板，结构设计可有效防止液体泄漏。

5.6 隔板：采用不小于 1.0mm 厚优质冷轧钢板，可承载不小于 90 千克；

5.7 铰链：采用 304 不锈钢材质平板合页，开启角度可达 180 度，无噪音，耐腐蚀；需提供产品 72h 中性盐雾试验结果符合 10 级或以上的检测报告；

5.8 滑轨：采用 500mm 三节隐藏式阻尼自回滑轨，抽屉拉动自如，无噪音，经久耐用；滑轨由外轨、中轨、内轨三层轨道嵌套组成，配合钢珠滚动实现顺滑推拉；依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准，耐久性循环 50000 次测试结果合格；提供第三方检测机构出具的检测报告并盖章。

5.9 把手：采用 304 不锈钢拉手或锌合金拉手或一体扣手，光泽好，美观耐用；

5.10 调节脚：采用高强度调整脚，承重、防潮、耐腐蚀，调整后保证

实验台面水平；

5.11 轮子：采用平底单轴承耐磨聚丙烯轮，轻便耐用。

5.12 带双层试剂架，立柱为钢制三角形立柱拼接，层板采用采用不小于 1.0mm 厚优质冷轧钢板制作，表面环氧树脂喷塑处理；依据 GB/T24820-2024 试剂架表面金属喷漆（塑）涂层附着力 0 级；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。

5.13 实验台技术性能要求，提供满足以下要求的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。荷载试验：在 $\geq 272\text{kg}$  载荷下，最大变形不超过实验桌跨距的  $1/360$  且不超过  $1/8$  英寸(3.175mm)，实验桌无结构性损坏，试验结果为符合；扭曲试验：将桌子保持 45 度角，在桌面施加 $\geq 113\text{kg}$  荷载 72 个小时，当实验桌返回正常位置时，应能正常操作桌子，没有永久破坏现象，试验结果为符合；化学试剂试验：测试样板进行 49 种设定化学试剂测试，测试结果等级为 3 级的情况数量 $\leq 4$  个；热水试验： $88^{\circ}\text{C}-96^{\circ}\text{C}$  热水以 $\geq 170\text{mL/min}$  的速率流到漆面 5min，冷却并擦干后，表面涂层应无热水导致的可见影响，试验结果为符合；漆面冲击试验：试验样板放置于平整的水泥地板上，将一个重 1 磅(0.45kg)，直径约 2 英寸(50.8mm)的实心钢球从 12 英寸(304.8mm)高度自由跌落至试验样板上，涂层表面不会因冲击留下任何可见的裂缝或龟裂，试验结果为符合；漆面附着力试验：表面涂层完整度为 4B 级别或更高（95%或更多的网格区域）；漆面硬度试验：表面涂层应能承受 4H 铅笔摩擦而没有穿透到基材且未形成完整的回路。

## 6.水盆要求

6.1 材质与结构：采用高品质 PP 新料，注塑工艺；水槽底部倾斜角度设计合理，排水口位于水槽底部中心略偏后部(非正中心)，水槽底部边缘距去水中心点坡度，近 2°坡度(约 3.5cm/米)；水槽去水处配置过滤杂质提笼；

6.2 技术性能要求：提供满足以下要求的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。耐液体化学试剂性能：测试依据 GB/T11547-2008，将切好的样块浸泡在下列试剂中：硫酸（试剂浓度 30%）、氢氧化钠（试剂浓度 30%）、甲苯，在常温下，浸泡 48 小时，样品外观无可见变化。耐低温实验：零下 40℃放置≥96H，产品无变化。拉伸性能：常温下，样品的拉力为 2097N。球压痕检测：产品根据 GB/T3398.1-2008 塑料硬度测定第 1 部分：球压痕法测试标准，两块试样合测试，试样总厚度约 7.2mm，球压痕 370N。洛氏硬度：产品测试洛氏硬度为 102HRR。挥发性有机物(TVOC)释放率：产品根据 JG/T528-2017 建筑装饰装修材料挥发性有机物释放率测试方法，测试样品挥发性有机物(TVOC)释放率 0.04mg/m<sup>3</sup>。

## 7.三口水龙头要求

7.1 主体材质：主体优质铜材。底座及固定方件 H59 铜，鹅颈管 H63 铜；

7.2 工艺和配置：采用锻造工艺；陶瓷阀芯，可 90°旋转；水嘴：可拆卸，可选铜质或 PP 材质；高亮度环氧树脂涂层；进水口配备塑料过滤网；高强度 PP 材质旋钮/肘动把手；

7.3 装配标准：符合 GB18145-2014 标准，装配好的手柄或手轮动作应

轻便、平稳、无卡阻；转换开关提拉轻便、平稳、无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆应连接牢固；单柄单控水嘴手柄或手轮逆时针方向转动为开启，顺时针方向转动为关闭

7.4 技术性能要求：提供满足以下要求的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。抗水压机械性能：符合 GB18145-2014 标准，阀芯上游关闭阀芯，出水口打开，在静压  $(2.5 \pm 0.05)$  Mpa 下保压  $(60 \pm 5)$  s，阀芯上游的任何部件无永久变形。出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为  $(0.4 \pm 0.04)$  L/s 时的压力下保压  $(60 \pm 5)$  s，阀芯下游的任何零部件无永久变形。密封性能：符合 GB18145-2014 标准，阀芯及阀芯上游阀芯关闭，出水口打开，在静压  $(1.6 \pm 0.05)$  Mpa 下保压  $(60 \pm 5)$  s，阀芯及上游过水通道无渗漏。出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游，阀芯打开，堵住出水口，在静压  $(0.4 \pm 0.02)$  Mpa 下保压  $(60 \pm 5)$  s，减压至  $(0.05 \pm 0.01)$  Mpa 下保压  $(60 \pm 5)$  s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。产品坚固耐用，产品按照 GB/T230.1-2018 测试方法，洛氏硬度平均值达到 39。依据 JC/T897-2014 标准，要求  $\geq 12$  种细菌的检测，检测值  $\geq 99.99\%$ ，菌种包括：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、恶臭假单胞菌、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌、白色葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌。检测结果符合要求，判定合格。耐冲击性：检验环境：温度 25℃,湿度 60%，依据《漆膜耐冲击测定法》GB/T1732-2020 标准，检测结果值要求 50cm，

应无裂纹、皱纹及剥落现象。耐腐蚀：依据 GB/T4334-2020 标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀 16 小时后，弯曲 90°，弯曲后的试样在 10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。

7.5 环保等级：实验室水龙头获得中国节水认证。

## **8.挡水板要求**

采用不小于 10mm 亚克力板或同台面材质。

## **9. 更衣柜要求**

9.1 款式：双门衣柜

9.2 整体：采用不小于 1.0mm 厚 304 不锈钢制作；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处表面波纹均匀；

9.3 门板：采用不小于 1.0mm 厚优质冷轧钢板，镶嵌 5mm 厚钢化玻璃。铰链采用 304 不锈钢材质，非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定，每只铰链配装不小于六颗不锈钢螺丝，开合时无噪音，达到国际五金行业标准，铰链打开角度不得<180 度；门板开透气孔；

9.4 把手：采用 304 不锈钢拉手；

9.5 内置不锈钢挂衣杆；

9.6 柜门内设置紫外线杀菌灯，有效减少细菌滋生；柜体顶部安装定时器，可定时杀菌，安全卫生。

## **10.紧急喷淋洗眼器要求**

10.1 材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用 304 不锈钢，主体不锈钢管采用冷轧工艺成

型。

10.2 管件连接方式：全部管件采用插拔式连接，配备双密封圈。

10.3 主体管道直径 $\geq 45\text{mm}$ 。插拔式管道厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，螺纹式管道厚度 $\geq 3\text{mm}$ 。洗眼喷头“外加软性橡胶”防二次伤害，尺寸为 $\Phi 70\text{mm}$ 。

10.4 洗眼喷头：可适配不同水压及进水流量，出水流量、高度均符合 GB/T 38144.1-2019 标准。流量调节阀可校准双口洗眼器出水高度一致。

10.5 冲淋球阀和洗眼球阀：采用 304 不锈钢双片式球阀结构。

10.6 技术性能要求：提供满足以下要求的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。产品符合国标 GB/T 38144.1-2019 《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备第 1 部分：技术要求》，冲淋喷头流量：连续 15 分钟，达到 76L/min，洗眼器喷头流量：连续 15 分钟，达到 11.4L/min；冲淋手拉阀开启时间：可在 1s 完全开启，阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，应始终保持开启状态；洗眼器手推阀开启时间：可在 1s 完全开启，阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，应始终保持开启状态。管道耐压性能：冲淋管道按照 GB/T 241-2025 试验方法做液压测试，耐压 $\geq 18.3\text{MPa}$ 。产品采用 304 不锈钢材质，为了确保不锈钢的耐腐蚀性，按照 GB/T 11170-2008 不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法），检测不锈钢材质的元素含量，铬（Cr）含量 $\geq 18\%$ ，镍（Ni）含量 $\geq 8\%$ ，磷（P）含量 $\geq 0.03\%$ 。耐腐蚀性能：产品经过 GB/T 4334-2020 方法 E 金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体（双相）不锈钢晶间腐蚀试验

方法，试样在微沸的铜-硫酸铜-16%硫酸溶液中连续腐蚀 16 小时后，弯曲 180°，弯曲后的试样在 10x 放大镜下观察后，未见晶间腐蚀裂纹，未产生晶间腐蚀倾向。

## **11.水考克要求**

11.1 材质和工艺：主体采用铜材，锻造工艺；高强度 PP 旋钮把手；陶瓷阀芯，可 90°旋转；采用高亮度环氧树脂涂层。

11.2 技术性能要求：提供满足以下要求的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。密封性：依据 GB/T13927 工业阀门压力试验标准，公称压力 > 1.50MPa，水压试验压力 > 1.72MPa，无可见渗漏。

## **12.气体考克要求**

12.1 材质和工艺：主体采用铜材，锻造工艺；高强度 PP 旋钮把手；陶瓷阀芯，可 90°旋转；采用高亮度环氧树脂涂层。

12.2 技术性能要求：提供满足以下要求的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。依据 GB/T13927 工业阀门压力试验标准，公称压力 > 1.50MPa，水压试验压力 > 1.72MPa，无可见渗漏。气体强度：依据 GB/T13927 工业阀门压力试验标准，在 0.05MPa ± 0.5MPa 下，保持 300s ± 10s,各连接部位无泄漏。

## **13.滴水架要求**

13.1 主体材质：PP 一体成型。

13.2 结构和配置：滴水棒数量：27 根，可拆卸、锁扣功能，拆卸后可盖上孔塞。滴水架底部设有排集水盘；滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽锁紧结构。

13.3 技术性能要求：提供满足以下要求的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。氙灯光源暴露：产品根据 GB/T 16422-2022 塑料 实验室光源暴露试验方法 第 2 部分：氙弧灯测试方式实验，样品经过氙灯测试 120 小时，外观不应有变化。试验后，外观无变化。耐候性测试：产品根据 GB/T 16422-2022 塑料 实验室光源暴露试验方法 第 2 部分：氙弧灯测试方式实验，样品在荧光紫外灯暴露 48 小时后，表面不应有变化试验后，测试结果样品表面无变化。承重测试：在温度 23℃和相对湿度 58%RH 环境下，按实验室方法进行测试，承重达到 68N。面板要求：对角平面差应 $\leq 2\text{mm}$ 。定位后，上端中心处经 100N 拉力试验后，定位孔不应失效和开裂。

#### 14.洗眼器要求

14.1 材质：主体采用铜材，外壳 PP。洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。洗眼推手板：304 不锈钢，耐酸碱，耐腐蚀。涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开。供水软管：长 1.5 米的软性 PVC 管，外覆 304 不锈钢编织网。

14.2 控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。

14.3 技术性能要求：提供满足以下要求的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。水压测试：在温度 23~26℃，相对湿度：(53~58)%RH 检测环境下，产品耐压 $\geq 21\text{MPa}$ 。防霉性能：依据 ISO 16869:2008、GB/T 24128-2018 方法检测防霉性能，试验菌种：黑曲

霉 CGMCC 3.3928、球毛壳霉 CGMCC 3.3601、绳装青霉 CGMCC 3.3875、宛氏拟青霉 CGMCC 3.4253、长枝木霉 CGMCC 3.4291，霉菌生长情况为 0 级，检测结果合格。抗菌性能：在检验环境：温度 25℃，湿度 60%；依据 JC/T897-2014 标准实验，金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌、白色葡萄球菌、宋氏志贺氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌抗菌性能达到 99.99%，检测结果合格。软管耐压测试：依据 GB/T 14525-2010 标准，试验压力 3MPa,样品完好，未渗漏。软管密封性能：向软管通入常温水，调节流量阀，使水以 0.1L/s 的流速流经管 5min。然后调整动压至 0.5MPa $\pm$ 0.02MPa，保持 5min $\pm$ 10s，各部位应无破裂、渗漏或其他缺陷出现。

## 15.安全储存柜

### 15.1 产品外观及结构

#### (1)柜体表面涂层：

①环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷涂涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、漏喷、脱色等缺陷。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。

②按照《GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验》要求，进行 48h 乙酸盐雾试验，按照 GB/T 6461-2002 进行保护评级和外观评级，要求保护评级 R<sub>p</sub> 不低于 10 级，外观等级 R<sub>A</sub> 不低于 10 级要求，且性能评级 R<sub>p</sub>/R<sub>A</sub> 不低于 10 级。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。

③按照《GB/T 9286-2021 色漆和清漆 划格试验》要求，进行涂层附着力划格测试，测试结果达到 0 级的要求，切割边缘完全平滑，网格内无脱落。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。

④按照《GB/T 1732-2020 漆膜耐冲击测定法》，进行涂层耐冲击试验，在冲击能量 3.92J 下涂层无剥落、裂纹、皱纹等缺陷。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。

(2)整柜专业防火结构：柜体和门板均由双层不低于 1.2mm 厚优质镀锌钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸约 38mm，形成良好的防火绝缘层；钢板经过拉伸强度测试，抗拉强度 370MPa，屈服强度 310MPa。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。

(3)层板：每个柜子配置一定数量层板，采用镀锌钢板，层板承载面设计可防止意外泄漏的化学品四溢，特殊加强，挂钩坚固可靠，每隔 7.6cm 层板高度可调节，单块层板承载量不低于 100kg。层板需经过以下试验，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。

①层板定位试验，水平向外，空载自重 50%的力，垂直向下 100N 的力，不侧翻

②层板弯曲试验，均载 200KG/m<sup>2</sup>，最大变形量不应超过层板跨度的 0.55%

③层板支撑件强度试验，对层板进行 10 次加载试验，满足标准要求

④层板持续加载试验，均载 200KG/m<sup>2</sup>，最大变形量不应超过层板跨度的 0.55%

(4)柜体下部设计有 53mm 深的盛漏槽,防止泄漏的液体外溢,盛漏槽四边密封,符合盛漏规范。

(5)柜体左右两侧设置通风孔,特制火焰阻隔器,外部火焰无法进入,可外接通风系统降低挥发性物质浓度;通风孔在未接通风系统时有封堵盖,保证柜子可独立使用,化学品异味不逸散,高密度挥发物接下方通风,低密度挥发物外接上方通风;

(6)连续的琴式铰链使得柜门刚性、强度等性能绝佳,保证柜门平稳闭合开启 180 度,采用手动单开门设计,确保安全柜防火防爆性能,门缝上下大小一致;柜门需经过以下试验,提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。

①柜门开门垂直加载试验,加载 30KG,测试 10 次,

②柜门开门猛关试验,载荷 4KG,测试 10 次;

③柜门开门耐久试验,加载 2KG,循环 50000 次;

④门锁强度试验和耐久试验,符合标准要求;

(7)采用优质三点联动式门锁,防静电设计,减少摩擦或机械火花,降低静电积蓄;每个柜子处三点联动式门锁外,可选配专用挂锁,实现双人双锁管理,符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定;

(8)根据放置化学品性能,防火柜的每层均可选配防腐蚀 PE 托盘;

(9)柜体可根据客户需求,装备自动灭火装置;

(10)柜身设有静电接地传导端口,压铆螺母连接,根据现场条件,方便连接静电接地导线,接地电阻 $\leq 1$  欧姆;

(11)柜门适当位置张贴带优质反光性能贴纸,提高安全柜在弱视环境

下的警示性，警示标识符合 ISO 7010 规定样式。印刷采用进口油墨，防紫外线。标签采用 3M 背胶，具有良好的耐久不易脱落的性能。

#### 15.2 产品认证和资质：

(1)生产厂家获得 ISO9001 质量体系认证,产品设计、制造、质量控制等均符合 ISO9001 要求。提供复印件并盖章。

(2)产品符合《GB 24820-2024 实验室家具通用技术条件》标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。

(3)产品符合《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。

(4)产品经过“土木工程防灾国家重点实验室工程结构抗火实验室”实物耐火测试，满足 10 分钟耐火要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并盖章。

(5)产品具有整柜防爆合格证，检测的标准为 GB25286.1-2010，防爆等级为 Ex IIC T6 Gb，符合防爆规范。提供复印件并盖章。

#### 16.悬挂集成管线功能柱

(1)主体结构：铝镁合金+钢制主体，四角采用圆弧过渡设计，消除锐角安全隐患，兼具美观性与安全性，40×80×2mm 铝镁合金型材定位柱，便于调节悬桥架组件的高度；可拆卸模块检修护板，无外露螺丝和孔盖。

(2)实验工艺所需的水、电、气、风管、网络等管线由主系统管线经功能柱引至末端功能点位，模块化分段设计；

(3)产品表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，符合实验室家具涂装工艺

要求标准，满足 49 种化学试剂的测试。

#### 17.悬挂式可调层板组件

(1)材质：层板采用不小于 1.0mm 厚冷轧钢板制作，经全自动数控机床冲压、折弯，CO<sub>2</sub> 半自动气体保护焊烧焊。表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，符合实验室家具涂装工艺要求标准，满足 49 种化学试剂的测试；

(2)层板挂件采用 2.5mm 厚冷轧钢板制作，连接使用 304 不锈钢 8×16 内六角螺丝固定，可进行快速安装与调节；

(3)护栏：采用 18×52×1.2mm 铝镁合金型材，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，边缘高于层板≥10mm，避免物品意外跌落，两侧使用 304 不锈钢 5×8 内六角螺丝固定。

#### 18.悬挂式储物柜

(1)材质：采用不小于 1.0mm 厚冷轧钢板制作，经全自动数控机床冲压、折弯，CO<sub>2</sub> 半自动气体保护焊烧焊。表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，符合实验室家具涂装工艺要求标准，满足 49 种化学试剂的测试；

(2)柜门：边框采用薄边 20mm 铝合金型材或钢制，玻璃采用 5mm 厚透明安全玻璃；

(3)铰链：304 不锈钢承重或隐藏式铰链；

(4)把手：采用 192mm 锌合金拉手或一体扣手；

(5)层板：柜门内带一层可调高度层板。

(6)试剂柜与立柱固定使用 304 不锈钢 8×16 内六角螺栓固定，可进行

快速安装与调节。

#### 19.悬挂式功能模块桥架

(1)材质：采用不小于 1.0mm 厚冷轧钢板制作，经全自动数控机床冲压、折弯，CO<sub>2</sub> 半自动气体保护焊烧焊。表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，符合实验室家具涂装工艺要求标准，满足 49 种化学试剂的测试；

(2)结构：两侧功能面板人性化倾角设计，方便插拔设备插头，功能面板分段式设计可快速更换调换功能分区，面板预留强弱电及水气孔位，可实现不同需求的功能拓展，配置 24VLED 照明灯，隐藏式安装，增强台面照明，使用便捷；

(3)护栏：采用 18×52×1.2mm 铝合金型材，表面环氧树脂喷塑处理，边缘高于层板≥30mm，避免物品意外跌落，护栏下方安装隐藏式 LED 灯卡槽。

## 第四章 资格审查

### 一、资格审查程序

- 1.开标结束后，根据《资格审查要求》依法对投标人的资格进行审查。
- 2.投标人资格审查有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，**投标无效**。
- 3.资格审查合格的投标人不足 3 家的，不得评标。

### 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素                | 审查内容                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力       | (1) 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；<br>(2) 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；<br>(3) 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；<br>(4) 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；<br>(5) 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 |
| 2  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供符合招标文件要求的《资格承诺函》，或提供相应的证明材料。                                                                                                                                                        |
| 3  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供符合招标文件要求的《资格承诺函》，或提供相应的证明材料。                                                                                                                                                        |

|   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录         | 提供符合招标文件要求的《资格承诺函》，或提供相应的证明材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供符合招标文件要求的《资格承诺函》，或提供相应的证明材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | 投标人信用记录                     | <p>查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道；</p> <p>查询时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，<b>其投标无效</b>。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，<b>其投标无效</b>。</p> <p>（此项资格条件无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询）</p> |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 本项目的其他资格要求 | <p>(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《宁夏回族自治区政府采购促进中小企业发展管理办法实施细则》(宁财规发〔2021〕2号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《关于落实政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》(宁财(采)发□2022□275号)</p> <p>(2)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)</p> <p>(3)《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、《自治区财政厅残疾人联合会关于政府采购支持残疾人就业有关问题的通知》(宁财(采)发〔2020〕545号)</p> <p>(4)《财政部国家发展和改革委员会关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、《关于印发节能产品政策采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号);《财政部国家环保总局联合印发〈关于环境标志产品政府采购实施的意见〉》(财库〔2006〕90号)、《关于印发环境标注产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号);《宁夏回族自治区财政厅关于建立节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(宁财(采)发〔2021〕271号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)</p> <p>(5)对本国产品的支持政策:根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)、《宁夏回族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购本国产品标准及相关政策的通知》(宁财(采)发〔2025〕427号)的规定,政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价</p> |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      | <p>给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审;当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p> <p>(6)根据(财库(2026)2 号)《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，政府采购评审中出现《通知》中要求的情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序</p> |
| 8  | 中小企业                                                 | 投标人须提供《中小企业声明函》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动 | 提供符合招标文件要求的《资格承诺函》，或提供相应的证明材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项                       | 提供符合招标文件要求的《资格承诺函》，或提供相应的证明材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                        |  |
|--|--------------------------------------------------------|--|
|  | 目管理、监<br>理、检测等服<br>务的供应商，<br>不得再参加该<br>采购项目的其<br>他采购活动 |  |
|--|--------------------------------------------------------|--|

## 第五章 评标程序

### 一、投标文件的符合性审查

1.评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查。投标人有任何一项不符合《符合性审查要求》的，**投标无效**。

#### 3.符合性审查要求

| 序号 | 审查因素     | 审查内容                                                      |
|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 授权委托书    | 法人/负责人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）。 |
| 2  | 投标函      | 符合招标文件要求。                                                 |
| 3  | 投标完整性    | 未将一个采购项目或采购包中的内容拆分投标。                                     |
| 4  | 投标报价     | 投标报价未超过招标文件中规定的采购项目/采购包预算金额或者采购项目/采购包最高限价。                |
| 5  | 报价唯一性    | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。                          |
| 6  | 投标有效期    | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期。                             |
| 7  | 实质性要求    | 对招标文件标记为实质性要求的均按要求响应并提供。                                  |
| 8  | 拟分包情况说明  | 如本项目允许供应商分包，且供应商拟进行分包时，必须提供。                              |
| 9  | 进口产品     | 招标文件未明确接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；                        |
| 10 | 强制采购节能产品 | 如属于强制采购节能产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证              |

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
|    |    | 证书。                |
| 11 | 其他 | 如出现招标文件规定的无效投标条款的。 |

## 二、投标文件的澄清、说明或补正

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标**处理。

3.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件《投标人须知前附表》另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

## 三、投标文件的比较与评价

1.评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

### 2.评标方法和评标标准

（1）本项目采用的评标方法为：

☒ **综合评分法**，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评

审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（3）使用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

☑其他方式，具体要求：

（4）非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定：/

#### 四、确定中标候选人名单

1.采用最低评标价法时，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

2.采用综合评分法时，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选供应商。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选供应商。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

#### 五、采购人或者采购代理机构核对评标结果

采购人或者采购代理机构要核对评标结果，发现有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，应要求

评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

## 六、评审标准

| 服务类公开招标（综合评分法） |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号             | 评审项目 | 分值权重 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1              | 投标报价 | 30   | <p>所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序, 除报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价又不能做出合理解释的投标报价被拒绝外。</p> <p>投标人实际得分为：评标基准价/投标报价<math>\times</math>30。评标基准价为有效报价的最低价。</p> <p>注：采购评审中出现下列情形之一的, 评审委员会应当启动异常低价投标(响应) 审查程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投标(响应) 报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应) 报价平均值50%的，即投标(响应) 报价<math>&lt;</math>全部通过符合性审查供应商投标(响应) 报价平均值<math>\times</math>50%；</li> <li>2. 投标(响应) 报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应) 报价50%的，即投标(响应) 报价<math>&lt;</math>通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应) 报价<math>\times</math>50%；</li> <li>3. 投标(响应) 报价低于采购项目最高限价45%的, 即投标(响应) 报价<math>&lt;</math>采购项目最高限价<math>\times</math>45%；</li> <li>4. 评审委员会基于专业判断, 认为供应商报价过低, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</li> </ol> <p>属于前述4项情形的, 评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内(不少于30分钟)对投标(响应) 价格作出解释, 提供项目具体成本测算等与报</p> |

|   |                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   |    | <p>价合理性 相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。</p> <p>符合招标文件规定的采购政策的投标人,按照扣除后的价格参与评审。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | 技术标响应情况(技术指标、参数)价 | 25 | <p>满足招标文件技术指标、参数要求的得25分,投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的,每有一项减0.5分,减完为止。</p> <p>注: 1. 投标人须在技术要求响应表中逐项列明响应情况,并提供所投产品相关证明材料并加盖供应商公章予以佐证(证明材料包括但不限于所投产品的说明书、技术白皮书、产品介绍彩页、官网功能截图、检测报告等),技术要求响应表中标注对应证明材料所在页码,并在证明材料中标记相应参数。未按要求提供或所提供内容无法佐证或所提供内容模糊不清无法辨认的视为 低于(负偏离)招标文件规定的技术指标、参数,予以相应扣分。</p> <p>2. 对通过照抄招标文件中对应技术指标、参数作为技术证明资料的,视为未按要求提供。</p> <p>3. 对通过提供虚假材料中标者,货到验收技术参数与投标文件不符时,中标无效,采购方可以拒收货,拒付款,并且供货方必须承担相应的法律责任。</p> |
| 3 | 类似业绩              | 5  | <p>投标人或生产厂家近三年(2023年05月至今),承担过与本项目类似的货物业绩,每提供一项得1分,满分5分。</p> <p>注: 本项以中标/成交通知书(以通知书落款时间为准)或合同(以合同签订时间为准)清晰扫描件及供货发票(发票需有所提供业绩中的产品清单)为准,投标</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |   | <p>文件中须附以上资料清晰的扫描件并加盖公章。</p> <p>1. 合同须提供文本关键页扫描件, 包含签订合同双方的单位名称、项目名称、合同清单或合同概况、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页;</p> <p>2. 未提供或未按要求提供不得分;</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | 培训方案   | 3 | <p>投标人应针对本项目实际特点制定相关的培训方案, 培训方案内容包括但不限于培训服务计划(含培训内容及培训时间安排)、培训的频次、培训的人员安排等内容:</p> <p>(1) 培训方案体系完善、计划详细、具体, 有明确的培训目标及任务, 培训时间、地点和人员的安排详细明了, 培训前的准备工作充分具体的得3分;</p> <p>(2) 培训方案体系较为完善、计划较为详细, 有培训方案, 有培训目标及任务安排, 但不够具体明确, 培训时间、地点和人员的安排存在缺漏的得2分;</p> <p>(3) 培训方案存在缺漏, 培训目标及任务模糊, 不能够清晰的表达培训的具体工作内容、培训时间不明确、地点和人员安排的不清晰的, 得1分;</p> <p>注: 未提供培训方案的不得分。</p> |
| 5 | 供货配送方案 | 4 | <p>投标人应针对本项目提供完整的供货配送方案:</p> <p>(1) 供货流程科学合理、衔接顺畅, 多方协调机制明确, 备货、运输、交货的进度安排紧凑, 针对产品特性制定专项保护措施, 应急处理体系完善(含处置流程、备选方案), 安装调试高效规范, 配备专业团队, 可快速完成验收移交的得4分;</p> <p>(2) 供货流程完整无缺失, 内部协调机制基本健全, 进度安排合理可行, 针对产品有基础防护措施, 安装调试流程清晰, 应急处理有针对性, 可保障项目无实质性影响的得 3 分 ;</p> <p>(3) 供货流程简略、进度安排合理, 产品的运输、配</p>                                                           |

|   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |   | <p>送、保护措施、安装、调试、 应急处理方式等内容能基本保证项目实施的得2分；</p> <p>(4) 供货流程粗略、进度安排缓慢, 运输配送无保护措施得1分；</p> <p>注：未提供供货配送方案不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 | 质量保证措施 | 8 | <p>施内容包括但不限于产品质量保证、产品质量标准及技术标准、产品的适用性和兼容性、产品质量检查依据、产品出厂检测标准、质量管理方案、产品易耗易损零配件的供应、产品的损坏换新等内容的得2分, 以此为基础：</p> <p>(1) 质量保证措施方案涵盖全面, 内容详细、具体, 编制逻辑清晰、规范, 实施方案 安排有序, 可实施性强 , 能完全满足本次项目采购需求, 能充分考虑用户实际需求的加 6 分 ；</p> <p>(2) 质量保证措施方案包含以上所有内容, 方案内容相对完整, 编制内容有逻辑性, 能概括阐述实施方案, 具有可行性, 能考虑到用户实际需求, 能完全满足本次项目采购需求的加5分；</p> <p>(3) 质量保证措施方案包含以上所有内容, 内容有所偏差, 理解与分析不到位, 实施方案简略, 内容能满足本次项目要求的加3分 ；</p> <p>(4) 方案不能完全覆盖以上内容, 实施方案安排存在瑕疵, 内容简单粗略、存在缺漏、描述简单笼统, 未详细展开阐述的加2分 ；</p> <p>注：未提供质量保证措施的整项不得分。</p> |

|   |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 售后服务1 | 8  | <p>服务方案,方案内容包括售后服务承诺、质量保修范围及质保承诺、维保方案(含软件升级)、设备故障问题解决方案及应急措施(包含故障处理时限、现场服务响应时间)、退换货方案、售后服务团队及技术支持人员安排等内容的得2分,以此为基础:</p> <p>(1)售后服务方案全面具体,有详细的问题解决方案的加2分;有售后服务方案,但服务方案的完整度有欠缺的加1分;售后服务方案内容缺漏严重,不具有可行性的,不加分;</p> <p>(2)投标人承诺项目验收后能够继续跟踪了解设备使用情况,出现问题能够及时给予解决并提供技术支持的加2分;投标人的承诺出现问题可以给予解决,但解决方式和技术支持有欠缺的加1分。不具有可行性的,不加分;</p> <p>(3)投标人科学合理的配置售后服务人员,有详细的人员配置信息的加2分;投标人的售后服务人员配置有欠缺,但能够保证基本服务的加1分。不具有可行性的,不加分。</p> <p>注:未提供售后服务方案的整项不得分。</p> |
| 8 | 售后服务2 | 2  | <p>(4)投标人提供超期的售后服务和质量管控,每超过规定质保期一年的加1分,满分2分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 | 样品    | 15 | <p>投标单位根据项目说明和采购需求提供符合招标技术要求的悬挂集成管线功能柱240×240×1500mm、悬挂式储物柜1300×500×600mm、悬挂式功能模块桥架1300×420×200mm提供样品,以上样品组装成套,悬挂集成管线功能柱配置水、气体拷克,悬挂式功能模块桥架配备电源插座。</p> <p>1、提供的样品质量优质、工艺精美、做工平整光滑等情况,每提供一个得5分,加至满分为止。</p> <p>2、提供的样品质量一般、工艺有瑕疵、做工不够平</p>                                                                                                                                                                                                  |

|  |  |  |                                                                                 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 整光滑等情况, 每提供一个得3分 ;<br>3、提供的样品质量较差、工艺粗糙, 做工粗劣等情况, 每提供一个得1分;<br>4、样品提供不全或未提供的不得分。 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|

备注：若为政务信息系统采购项目，应按照《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）规定，采购货物的，价格分值占总分值比重应当为 30%，采购服务的，价格分值占总分值比重应当为 10%，无法确定项目属于货物或服务的，由采购人按照有利于采购项目实施的原则确定项目属性。

# 宁夏医科大学总医院设备采购合同

招标编号：

合同编号：

项目名称：

甲方：宁夏医科大学总医院

乙方：

# 宁夏医科大学总医院设备采购合同

甲方（买方）：宁夏医科大学总医院

法定代表人：

地址：宁夏银川市兴庆区胜利街 804 号

乙方（卖方/供方）：

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规以及  
年\_\_月日\_\_\_\_采购项目评审结果（招标编号：\_\_\_\_），遵循平等、自愿、  
公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致签订本合同。

## 1.合同文件

本合同由以下项目组成：

1.1 招标文件、答疑、修改、澄清；

1.2 中标通知书（成交通知书）、履约保函；

1.3 投标文件；

1.4 合同正文条款、及相关附件（含货物清单等）

1.5 技术说明文件和经甲方确认通过的相关行业设备生产许可资  
质证明文件或由厂商授权代理的委托证明文件；

1.6 甲乙双方共同参会的相关会议纪要、经双方确认的传真、附  
注等；

1.7 其他；

## 2.合同货物

乙方向甲方供应设备名称、规格型号明细表：

| 序号                 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 原产地及制造商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|--------------------|----|------|----|---------|----|-------|-------|
| 1                  |    |      |    |         |    |       |       |
| 2                  |    |      |    |         |    |       |       |
| 中标价格（人民币）： 元整(¥ 元) |    |      |    |         |    |       |       |

若为成套设备，如有辅机、附件、配套产品、易损耗备品、配件、和安装修理工具等，合同双方可就设备详细清单等其他需明确的内容另行拟定补充条款作为本合同附件。

### 3.合同总价

总价为人民币（大写）：元整(¥ 元)，该合同总金额是设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

### 4.技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告。

### 5.合同设备的包装、交货、安装、调试及验收

#### 5.1 合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

#### 5.2 合同设备的交货

5.2.1 乙方交货时间：合同签订 天内。

5.2.2 乙方交货地点：将全部设备及安装所需配件、材料运输及卸车至甲方指定地点。

### 5.3 合同设备的安装调试

5.3.1 货物运抵甲方指定地点XX个工作日内乙方负责安装、调试完成或者在接到甲方安装、调试指令后XX个工作日内完成安装、调试。乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

### 5.4 设备的验收

5.4.1 合同设备安装调试完成后30个工作日内验收,验收应在甲、乙双方共同参与下进行。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担由此而发生的所有费用。

## 6.质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 依据国家强制性规定、行业规定、乙方作出的承诺，本合同设备质保期为\_\_\_\_年（质保期自甲方验收人员签字，甲方单位盖章之日起计算）。质保期内出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退（维修、更换的范围包括设备本身及其安装使用的相关配件、材料），并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后小时内派员到现场维修。

6.3 下列情况乙方不负责免费保修：

- （1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引起设备故障损坏；
- （2）擅自改装设备；
- （3）因不可抗力因素造成的损坏。

6.4 因设备的质量问题而发生争议，由合同签订所在地质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.5 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件和构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方的协商安排。

## 7.付款方式

7.1 本合同款项以人民币转帐方式支付，凭以下付款资料：

- (1) 中标通知书 ( 成交通知书 );
- (2) 采购合同;
- (3) 经甲方验收合格的证明文件 ( 货物签收单不能作为验收合格凭据 );
- (4) 出具合法有效完整的完税发票;

7.2 待货物验收合格, 设备安装、调试运转正常, 乙方为甲方培训结束、甲方无疑问, 且乙方已按本合同 8.1 条交纳履约保证金后甲方 90 日内向乙方支付 100% 货款。

7.3 乙方不交纳 8.1 条约定的履约保证金的, 甲方不予付款。

7.4 乙方银行账号: xxx, 开户行名称: xxx, 统一社会信用代码 ( 税号 ): xxx

7.5 若因乙方原因 ( 包括但不限于公司注销、吊销等 ), 导致甲方无法按本合同内乙方所提供的账户支付本合同约定费用的, 由乙方承担全部责任。

## 8. 履约保证金

8.1 本合同履约保证金按照设备总金额的 5% 收取, 即人民币大写: 元整(¥ 元), 乙方应在合同签订之日起 5 日内向甲方交纳。

8.2 履约保证金交纳方式: 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函。

8.3 乙方按约履行合同且符合本合同 6.2 条约定的, 乙方产品无任何质量问题且与甲方无任何经济纠纷, 履约保证金无息退还。

8.4 乙方违反合同约定的义务或者质保期内设备存在质量问题，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金、维修费或损失赔偿额，如有不足的，由乙方另行承担赔偿责任。

## 9. 技术服务

9.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

9.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

## 10. 不可抗力

10.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

10.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

## 11. 索赔

11.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

11.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

(1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，由乙方向甲方支付不超过合同价款总额 30% 的违约金，并承担由此发生的一切损失和费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受的损失数额甲方有权终止合同,由乙方向甲方支付不超过合同价款总额 30%的违约金。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时,相应延长质保期,履约保证金退还也相应后延。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后 10 天内,乙方未作出答复,上述索赔视为被乙方接受。由乙方向甲方支付不超过合同价款总额 30%的违约金,如此这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## **12.违约责任**

12.1 合同签订以后,甲乙双方都应认真履行,一方违约须向守约方承担违约责任。如果造成损失还应承担赔偿责任。

12.2 甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天(逾期)可向甲方加收合同金额的 0.5‰违约金,最高以合同价款总额 30%为限。

12.3 除不可抗力外,乙方逾期交货的,自逾期之日起,乙方按本合同总价 0.5‰的标准按日向甲方承担违约责任。逾期超过 15 日的,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方全部已支付货款并向甲方支付合同价款总额 30%的违约金。

12.4 乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收,由此导

致交货逾期的，乙方按上述 12.3 条承担逾期交货违约责任。

12.5 除不可抗力外，乙方逾期完成安装调试（乙方完成安装调试工作的标准以甲方验收合格为准）的，自逾期之日起，乙方按本合同总价 0.5‰的标准按日向甲方承担违约责任，支付的违约金总额不超过合同总金额的 30%。

12.6 乙方对交货和安装调试中的安全负完全责任，如因此出现人身或财产损害的，由乙方自行负责解决和赔偿，如由此导致甲方承担责任并需要承担金钱给付义务的，乙方应在甲方支付相关款项的当日向甲方支付与该相关款项等额的款项，如逾期，乙方除仍须支付前述等额款项外还应按日向甲方支付相关款项 0.5‰的违约金，支付的违约金总额不超过合同总金额的 30%。

12.7 质保期内发生质量问题或保修服务范围内的问题的，乙方应在收到甲方通知后 xx 小时内派员到现场维修。除非质量问题或保修问题复杂且经甲方书面同意，乙方应在所派人员在前述时间内到达现场后的 xx 小时内解决完毕前述相关问题，如乙方未按时派员或不能再前述预定时间内解决完毕问题，则甲方有权委托第三方予以解决，所产生的费用及损失由乙方负责承担。

### 13.合同终止

#### 13.1 合同自然终止

有效采购期结束且买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

#### 13.2 违约违规终止合同

在下列情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 乙方没有甲方的书面同意转让合同或将整个合同项目分包出去；

(2) 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力；

(3) 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内履行全部合同义务的；

(4) 乙方所提供的发票、资质文件不真实、不合法、无效的；

(5) 乙方涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委的招标、评标等行为。

#### **14.解决争议方法**

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，当事人应向甲方所在地人民法院提请诉讼。受理期间，双方应继续执行除争议合同其余部分，由败诉方承担诉讼费用及相关损失赔偿。

#### **15.其他**

15.1 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执贰份。合同自签字之日起即时生效。

15.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

(以下无正文)

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 甲方：宁夏医科大学总医院                        | 乙方：                      |
| 地址：银川市兴庆区胜利街 804 号                  | 地址：                      |
| 法定代表人：                              | 法定代表人：                   |
|                                     |                          |
| 签订日期：        年    月    日            | 签订日期：        年    月    日 |
| 主管负责人：                              | 主管负责人：                   |
| 银行账号：29129001040000196              | 银行账号：                    |
| 开户行：中国农业银行股份有限公司<br>银川南郊支行          | 开户行：                     |
| 统一社会信用代码（税号）：<br>126400004540034768 | 统一社会信用代码（税号）：            |
| 电话：                                 | 电话：                      |
| 传真：                                 | 传真：                      |

## 第七章 投标文件格式

# 投标文件

项目名称：\_\_\_\_\_

采购包（如有）：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_

## 目录

- 一、资格证明文件
- 二、符合性审查证明文件
- 三、采购需求响应表

## 一、资格证明文件

### 1.具有独立承担民事责任的能力的证明文件

## 2.投标人资格承诺书

### 投标人资格承诺书（仅供参考）

致：（采购人/采购代理机构）

在参与本次（项目名称）

投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（选择适用，可根据采购需求确定是否需要证明材料）；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下：

| <u>序号</u>    | <u>单位名称</u> | <u>相互管理</u> |
|--------------|-------------|-------------|
| <u>1</u>     |             |             |
| <u>.....</u> |             |             |

上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

投标人（加盖公章）:

日期:

3.落实政府采购政策需满足的资格要求（如有，如中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件、政府强制采购等）

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期:

**[提示事项]（该部分内容仅用于提示，采购人和采购代理机构编写采购文件时应予以删除）**

- 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
- 2.上述“标的名称”，详见第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”。
- 3.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求前附表中明确的“标的对应所属行业”。

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**[提示事项]（该部分内容仅用于提示，采购人和采购代理机构编写采购文件时应予以删除）**

- 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
- 2.上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“标的名称”。
- 3.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“标的对应所属行业”。

## 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：        年        月        日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相(成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中富魔内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成水进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本:二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据，采购合同，进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财致部会同有关部门另行规定。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

4.其他落实政府采购政策资格要求（如有）

5.法律、行政法规规定的其他条件（如有）

6.本项目的特定资格要求（如有）

7.投标保证金证明（如有）

8.联合协议（如有，适用接受联合体投标，且投标人组成联合体投标）

## 联合协议（仅供参考）

、 及 就（项目名称）的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下联合协议。

一、由 牵头， 、 参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、牵头人为项目的总负责单位，组织各参加方进行项目实施工作。

五、 负责 ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、 负责 ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、 负责 ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、本项目联合协议合同总额为 元，联合体各成员按照如下比例分摊：

1. 为 ☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他（明确具体类型），合同金额为 元，占比为 %。

2. 为 ☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他（明确具体类型），合同金额为 元，占比为 %。

（……）为 ☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他（明确具体类型），合同金额为 元，占比为 %。

九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一政府采购活动。

十、其他约定（如有）

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人（盖章）：

日期： 年 月 日

联合体成员（盖章）：

日期： 年 月 日

联合体成员（盖章）：

日期： 年 月 日

9.其他（如有）

## 二、符合性审查证明文件

### 1. 投标函

#### 投标函（仅供参考）

致：（采购人/采购代理机构）

我方已详细审查全部招标文件和采购公告，自愿参加（项目名称）的投标,并做出如下承诺：

一、本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起      个日历日。

二、我方授权(姓名和职务)代表我方（投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

三、我方提供的全部文件资料均是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

四、我方承诺按照招标文件的要求提交投标保证金，如我方中标，支付相关代理费用，并在法律规定的期限内签订政府采购合同，按照招标文件提交履约保证金，在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

五、（其他条款，如有）

投标人（加盖公章）：

联系地址：

联系电话：

电子传真：

电子邮件：

邮政编码：

日期：

2.授权委托书（如有，自然人投标无须提供授权委托书，仅需提供身份证明文件）

授权委托书（仅供参考）

本人（姓名）系（投标人）的法定代表人（单位负责人等），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改（采购项目）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

\_\_\_\_委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人等）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：

附：法定代表人（单位负责人等）及委托代理人身份证明文件

**法定代表人（单位负责人等）身份证明（仅供参考）**

致：（采购人/采购代理机构）

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：，系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人等）。

附：法定代表人（单位负责人等）身份证明文件

投标人（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人等）（签字或盖章）

日期：

### 3.开标一览表

开标一览表（仅供参考）

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 投标报价   | <input type="checkbox"/> 固定总价项目    人民币大写:    人民币小写:          |
|        | <input type="checkbox"/> 固定单价项目    人民币大写:    人民币小写:          |
|        | <input type="checkbox"/> 费率项目: 按照****（招标文件中规定的）标准的    %      |
|        | <input type="checkbox"/> 折扣项目: 按照****（招标文件中规定的）标准的    折      |
|        | <input type="checkbox"/> （其他报价方式）                            |
| 合同履行期限 |                                                              |
| 质保期    |                                                              |
| 备 注    | 1.投标价格为供应商考虑各种因素（含折扣、优惠等）的最终报价。<br>2.投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。 |

投标人（加盖公章）:

日期:

#### 4.投标分项报价表

投标分项报价表（货物）

| 序号      | 设备名称  | 规格、型号         | 单位 | 数量 | 制造商 | 制造商规模 | 品牌 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
|---------|-------|---------------|----|----|-----|-------|----|----|-------|----|
| 一、综合实验室 |       |               |    |    |     |       |    |    |       |    |
| 1       | 边台    | 5000*850*850  | 组  | 2  |     |       |    |    |       |    |
| 2       | 中央台   | 9500*1500*850 | 组  | 6  |     |       |    |    |       |    |
| 3       | 中央台   | 3400*1500*850 | 组  | 3  |     |       |    |    |       |    |
| 4       | 中央台   | 2550*1500*850 | 组  | 2  |     |       |    |    |       |    |
| 5       | PP 水盆 | 550*450*300   | 套  | 4  |     |       |    |    |       |    |
| 6       | 三口水龙头 |               | 套  | 4  |     |       |    |    |       |    |
| 7       | 滴水架   | 400*550*110   | 个  | 4  |     |       |    |    |       |    |
| 8       | 洗眼器   | 单口            | 套  | 4  |     |       |    |    |       |    |

|    |               |                  |   |    |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------|------------------|---|----|--|--|--|--|--|--|
| 9  | 挡水板           | 1500*250*<br>10  | 块 | 4  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 悬挂集成管<br>线功能柱 | 240*240*1<br>950 | 个 | 4  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 悬挂集成管<br>线功能柱 | 240*240*1<br>500 | 个 | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 悬挂式可调<br>层板组件 | 1300*420*<br>45  | 块 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 悬挂式可调<br>层板组件 | 1400*420*<br>45  | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 悬挂式可调<br>层板组件 | 1500*420*<br>45  | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 悬挂式储物<br>柜    | 1300*500*<br>600 | 套 | 5  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 悬挂式储物<br>柜    | 1400*500*<br>600 | 套 | 6  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 悬挂式储物<br>柜    | 1500*500*<br>600 | 套 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 悬挂式功能<br>模块桥架 | 1300*420*<br>200 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |

|         |               |                   |   |     |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|-------------------|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| 19      | 悬挂式功能<br>模块桥架 | 1400*420*<br>200  | 套 | 12  |  |  |  |  |  |  |
| 20      | 悬挂式功能<br>模块桥架 | 1500*420*<br>200  | 套 | 18  |  |  |  |  |  |  |
| 21      | 紧急喷淋洗<br>眼器   |                   | 套 | 1   |  |  |  |  |  |  |
| 22      | 照明灯           | 24V 低压<br>直流      | 套 | 80  |  |  |  |  |  |  |
| 23      | 开关            | 86 型              | 个 | 22  |  |  |  |  |  |  |
| 24      | 插座            | 86 型              | 个 | 538 |  |  |  |  |  |  |
| 25      | 网口            | 六类单孔<br>面板        | 个 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 26      | 水考克           |                   | 个 | 24  |  |  |  |  |  |  |
| 27      | 气体考克          |                   | 个 | 16  |  |  |  |  |  |  |
| 28      | 更衣柜           | 900*500*1<br>800  | 个 | 4   |  |  |  |  |  |  |
| 二、库房    |               |                   |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 1       | 安全储存柜         | 1090*460*<br>1650 | 组 | 1   |  |  |  |  |  |  |
| 三、过渡细胞间 |               |                   |   |     |  |  |  |  |  |  |

|         |       |                  |   |    |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------|------------------|---|----|--|--|--|--|--|--|
| 1       | 边台    | 3600*750*<br>850 | 组 | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 2       | 边台    | 2250*750*<br>850 | 组 | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 3       | 插座盒   | 双口               | 个 | 5  |  |  |  |  |  |  |
| 4       | 插座    | 86 型             | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 四、标准细胞间 |       |                  |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 1       | 边台    | 1140*800*<br>850 | 组 | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 2       | 边台    | 1450*750*<br>850 | 组 | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 3       | 边台    | 1200*800*<br>850 | 组 | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 4       | 插座盒   | 双口               | 个 | 3  |  |  |  |  |  |  |
| 5       | 插座    | 86 型             | 个 | 6  |  |  |  |  |  |  |
| 五、盥洗间   |       |                  |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 1       | 边台    | 2140*750*<br>850 | 组 | 1  |  |  |  |  |  |  |
| 2       | PP 水盆 | 550*450*3<br>00  | 套 | 1  |  |  |  |  |  |  |

|                                                        |       |              |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 3                                                      | 三口水龙头 |              | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                      | 滴水架   | 400*550*110  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                      | 洗眼器   | 单口           | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                      | 挡水板   | 2140*100*13  | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 六、显微镜实验室                                               |       |              |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                      | 边台    | 3340*750*850 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                      | 插座盒   | 双口           | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                      | 插座    | 86 型         | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 七、气瓶室                                                  |       |              |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                      | 气瓶柜   | 900*450*1800 | 组 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：制造商规模应填写“大型”“中型”“小型”“微型”或“其他”，并与《中小企业声明函》（如有）等保持一致。 |       |              |   |   |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

日期：

## 5.政府强制采购产品明细表

| 序号 | 标的 | 生产者（制造商） | 品牌 | 规格型号 | 发证机构 | 认证证书编号 | 认证到期日期 |
|----|----|----------|----|------|------|--------|--------|
|    |    |          |    |      |      |        |        |
|    |    |          |    |      |      |        |        |

注：投标人须提供上述认证证书。

## 6.拟分包情况说明及分包意向协议（如有，适用允许合同分包，且投标人拟合同分包的情形）

### 拟分包情况说明（仅供参考）

致：（采购人/采购代理机构）

我单位参加贵单位组织参过的（项目名称）\_\_\_\_\_的投标。

拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承诺主体名称 | 分包承担主体类型                                                                                        | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|-------------|
| 1  |          | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小型企业<br><input type="checkbox"/> 微型企业 |      |         |               |             |

|    |  |                                     |  |  |  |  |
|----|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
|    |  | <input type="checkbox"/> 其他（具体明确类型） |  |  |  |  |
|    |  |                                     |  |  |  |  |
| 合计 |  |                                     |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

日期：

### 分包意向协议（仅供参考）

甲方（投标人）：\_\_\_\_\_

乙方（拟分包单位，可与多个乙方分别签订或整合签订）：

甲方承诺，一旦在\_\_\_\_\_（采购项目名称）招标采购项目中获得采购合同，将按照下属约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：\_\_\_\_\_

2.分包金额：\_\_\_\_\_，该金额占该采购包合同金额的比例为\_\_ %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同，且乙方不再次分包。

本协议自双方盖章之日起生效，如甲方未在该项目/采购包中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：    年    月    日

日期：    年    月    日

7.其他符合性审查证明文件（如符合实质性要求有的证明文件等）

### 三、采购需求响应表

#### 1.商务要求响应表

| 序号  | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 备注  |
|-----|------|--------|--------|------|-----|
| 1   |      |        |        |      |     |
| ... |      | ...    | ...    | ...  | ... |

投标人（加盖公章）：

日期：

#### 2.技术要求响应表

| 序号  | 技术条款 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 偏离说明 | 备注  |
|-----|------|--------|--------|------|------|-----|
| 1   |      |        |        |      |      |     |
| ... | ...  | ...    | ...    | ...  |      | ... |

投标人（加盖公章）：

日期：

#### 3.政府优先采购产品明细表

| 序号 | 标的 | 生产者（制造商） | 品牌 | 规格型号 | 发证机构 | 认证证书编号 | 认证到期日期 |
|----|----|----------|----|------|------|--------|--------|
|    |    |          |    |      |      |        |        |
|    |    |          |    |      |      |        |        |

投标人（加盖公章）：

日期：

**4.招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料**

**5.供应商信息采集表**

| 供应商名称 | 法定代表人 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
|-------|-------|---------|--------|
|       |       |         |        |
|       |       |         |        |
|       |       |         |        |
|       |       |         |        |

**[提示事项]**

- 1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
- 2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
- 3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。