

# 招 标 文 件

## （服务类）

采购项目名称：预充式导管冲洗器等医用挂网耗材配送服务采购项目

采购项目编号：**N5116212025000188**

岳池县人民医院

四川鉴高工程项目管理有限公司共同编制

2025年07月14日

# 第一章 投标邀请

四川鉴高工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受岳池县人民医院委托，拟对预充式导管冲洗器等医用挂网耗材配送服务采购项目采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省广安市岳池县政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

## 1.1.采购项目编号： N5116212025000188

## 1.2.采购项目名称： 预充式导管冲洗器等医用挂网耗材配送服务采购项目

## 1.3.招标项目简介

岳池县人民医院拟通过公开招标方式采购预充式导管冲洗器等医用挂网耗材配送服务单位，服务期限2年【服务期未满2年实际配送产品总金额达到合同总金额（最高限价金额）则合同终止；服务期满2年实际配送产品总金额未达到合同总金额（最高限价金额）则合同也终止，二者之一以先到达为合同终止标准】。本次采购共分为1个包，包（1）为预充式导管冲洗器等医用挂网耗材配送服务。

## 1.4.邀请供应商方式

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（[www.ccgp-sichuan.gov.cn](http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)）发布。

## 1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、特定资格条件（描述：（1）若投标人为生产厂家须符合《医疗器械监督管理条例》要求并具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证或有效生产备案凭证；若投标人为非生产厂家须符合《医疗器械监督管理条例》要求并具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效经营备案凭证。（仅限医疗器械适用，提供复印件加盖公章）（2）本项目不接受联合体投标（提供非联合体参加承诺函格式自拟，并加盖投标人公章）。）

## 1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（[www.ccgp-sichuan.gov.cn](http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活

动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

### 1.7.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

### 1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 1.10.联系方式

采购人：岳池县人民医院

地址：四川省广安市岳池县九龙街道办事处建设路东段22号

邮编：638300

联系人：易先生

联系电话：0826-5683373

代理机构：四川鉴高工程项目管理有限公司

地址：四川省南充市顺庆区麦秀路1号

邮编：673000

联系人：杨丹

联系电话：17766786498

## 第二章 投标人须知

### 2.1.投标人须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价★	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：10,000,000.00元</p> <p>投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。</p>
2	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（具体规则详见第五章）</p>
3	是否接受联合体★	<p>采购包1：不接受联合体</p> <p>如接受联合体，需符合以下要求：</p> <p>一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。</p> <p>三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。</p>
4	是否为签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目	<p>是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目：是</p> <p>本项目政府采购合同履行期限为：二年，按照履约年度签订，即在年度履约期满后，继续签订下一履约年度的政府采购合同。因中标人后续履约质量无法保障或者采购人采购需求发生变化，可以依法终止合同。</p>
5	投标（响应）保证金★	本项目不收取投标（响应）保证金。
6	履约保证金★	采购包1：不收取
7	投标有效期★	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。
8	代理服务费★	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标人</p> <p>代理服务费收费标准：依照成本加合理利润的原则，以中标金额（即合同总金额）作为计算基数，按差额定率累进法进行计算，并按以下费率标准下浮8%收取:中标金额100 万元以下，费率 1.5%；中标金额 100-500 万元，费率0.8%；中标金额 500-1000 万元，费率0.45%。</p>
9	中标结果公告	中标结果将在四川政府采购网予以公告。
10	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：否
11	是否召开开标前答疑会	本项目不组织标前答疑

12	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p> <p>注：</p> <p>1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准；</p> <p>2.故障处理详见第二章规定。</p>
13	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
14	实质性要求	本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。
15	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

## 2.2.总则

### 2.2.1.适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件由 岳池县人民医院 和 四川鉴高工程项目管理有限公司 负责解释。

### 2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 岳池县人民医院 。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川鉴高工程项目管理有限公司 。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。
- 五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

## 2.3.招标文件

### 2.3.1.招标文件的构成

招标文件由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、投标邀请；
- 二、投标人须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、资格审查；
- 五、评标办法；
- 六、投标文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

### 2.3.2.招标文件的澄清和修改

- 一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。
- 二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，并将更正后的招标文件上传至交易系统。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正信息；不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标人应当及时查看更正公告、更正信息，并根据更正公告、更正信息要求，下载更正后的招标文件，进行投标文件编制。

## **2.4.投标文件**

### **2.4.1.投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### **2.4.2.计量单位★**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3.投标货币★**

本项目均以人民币报价。

### **2.4.4.知识产权★**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### **2.4.5.投标报价★**

投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明并加盖电子印章，必要时提交相关证明材料。投标人应当在评标委员会要求的时间内通过交易系统提交书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### **2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★**

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。投标（响应）客户端提供部分投标文件编制辅助功能，供应商应当认真审查核对编制生成的投标文件，并对投标文件的完整性、准确性和有效性负责。

二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

### **2.4.7.投标文件的提交★**

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

#### **2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★**

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5.开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1.开标**

##### **2.5.1.2.开标程序**

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件。

##### **2.5.1.3.解密投标文件★**

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为 30 分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

##### **2.5.1.4.有关要求**

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

#### **2.5.2.查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### **2.5.3.资格审查**

详见招标文件第四章。

#### **2.5.4.评标**

详见招标文件第五章。

#### **2.5.5.中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### **2.6.合同签订、备案、履行及验收**

#### **2.6.1.签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起**30**日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起**7**日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

#### **2.6.2.政府采购合同公告、备案**

政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起**2**个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

#### **2.6.3.合同分包和转包★**

##### **2.6.3.1.合同分包**

本项目不允许合同分包。

##### **2.6.3.2.合同转包**

一、严禁中标人将本项目合同转包。

二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

#### **2.6.4.采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目不适用前述规定。

#### **2.6.5.履行合同**

一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

#### **2.6.6.履约验收方案**

一、验收组织方式：

采购包**1**： 自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包**1**： 否

三、是否邀请专家：

采购包**1**： 否

四、是否邀请服务对象：

采购包**1**： 否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包**1**： 否

六、履约验收程序：

采购包**1**： 一次性验收

七、履约验收时间：

采购包**1**：

**1、验收条件说明：** 中标人所提供的产品验收合格、使用正常、无质量问题，按入库的实际数量满三个月后滚动付款，不计利息。结算总额不超过本项目最高限价金额。（注：因系统格式原因，“六、履约验收程序： 采购包**1**： 一次性验收”指针对该批次货物进行一次验收，此处“七、履约验收时间”的验收合同总金额的**100%**是指该批次合同金额的**100%**），达到验收条件起 **15** 日

内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1： 合同约定为准

九、技术履约验收内容：

采购包1： 详见本项目招标文件技术要求相关内容

十、商务履约验收内容：

采购包1： 详见本项目招标文件商务要求相关内容

十一、履约验收标准：

采购包1： 按照相关法律法规的要求和相关技术要求及《政府采购需求管理办法》财库【2021】22号、《岳池县政府采购项目履约验收工作规程》岳财采【2021】82号及《岳池县人民医院履约验收管理办法（第二版）》岳医字【2023】328号的要求进行验收，验收标准以合同、招标文件及投标响应文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）相关标准为准进行验收

十二、履约验收其他事项：

采购包1： 如中标人提供的产品不能满足临床需要，参数与招标文件、投标响应文件不符，采购人有权退货、终止合同，并追究由此造成的经济损失及相关法律责任。

### 2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

## 2.7.纪律要求

### 2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 2.7.2.投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位和账户转出。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- （六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

- 七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；
- 八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；
- 十、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十一、提供假冒伪劣产品；
- 十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

### 2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- 二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- 三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- 四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 岳池县人民医院 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 四川鉴高工程项目管理有限公司 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川鉴高工程项目管理有限公司 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：易先生

联系电话：0826-5683373

地址：四川省广安市岳池县九龙街道办事处建设路东段22号

邮编：638300

答复主体：代理机构

联系人：杨丹

联系电话：17766786498

地址：质疑邮寄地址：南充市顺庆区万年西路春风大厦17楼

邮编：637000

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日

内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本**1**份；（政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份；
- （四）委托代理人身份证复印件**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的招标文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

- （一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；
- （二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；
- （三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围**12**个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其**1**至**3**年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实；
- （二）提供虚假材料；
- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

### 2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台**4001600900**电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责

任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

### **2.9.2.其他特殊情形处理**

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

### **2.9.3.注意事项**

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

## **2.10.样品评审**

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：10,000,000.00  
采购包最高限价（元）：9,500,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	C04010100 综合医院服务	预充式导管冲洗器等医用挂网耗材配送服务	1.00（批）	9,500,000.00	其他未列明行业	否	否	否	否	否

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	预充式导管冲洗器等医用挂网耗材配送服务	1.00（批）	9,500,000.00	总价	★因采购一体化系统设置原因和项目需要，本项目系统中报价表的“响应报价”填写本项目最高限价金额（950.00万元），此价格作为合同（中标）总金额。本项目采用单价报价，投标人按照招标文件中单价报价表和单价分项报价明细表的格式填写。单价报价表和单价分项报价明细表的报价作为投标人报价得分的评审依据，其单价报价作为合同单价。未按要求报价的投标人作无效投标人处理。

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1:

标的名称：预充式导管冲洗器等医用挂网耗材配送服务

序 号	符号标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标					
			序 号	产品名称	规格	单价最高限价 （单位：元/个 、套、支...）	单位	产品技术要求（产品结构及适用范

1	预充式导管冲洗器	各型	实时挂网价	个	<p>1、用在不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗的管路末端。</p> <p>2、管腔统一10ml管径设计，分别有3ml、5ml、10ml三个规格；且装量规范，符合3ml、5ml、10ml的标准容量。</p> <p>3、锥头孔直径<math>\geq 2\text{mm}</math>。</p> <p>4、管内预存0.9%氯化钠，且不含防腐剂。</p> <p>5、不溶性微粒：每个冲洗器中含<math>10\mu\text{m}</math>以下不溶性微粒<math>\leq 30</math>粒，含<math>25\mu\text{m}</math>以上不溶性微粒<math>\leq 10</math>粒。</p> <p>6、产品具有可防回血设计，冲洗器可一冲一拔，且与冲洗器相连的导管内不会有回血产生。</p> <p>7、产品具备锁止环设计，芯杆不易被拔出。</p> <p>8、产品不含PVC、不含DEHP。</p> <p>9、有单只UDI码标签。</p> <p>10、全自动化无菌封闭生产工艺。</p>
2	动脉采血器	各型	实时挂网价	个	<p>1、针头：至少包含22G。</p> <p>2、采用添加剂为：喷雾态钙平衡肝素锂，符合FCC标准浓度，其中预设钙平衡肝素锂的浓度<math>\geq 80\text{IU}</math>。</p> <p>3、采用特殊高致密聚丙烯材料。</p> <p>4、孔石结构，疏松多孔，可以排出空气，后封闭可以有效隔绝空气。</p> <p>5、灭菌方式：钴60辐照射线灭菌。</p> <p>6、采用鲁尔接头连接。</p> <p>7、采用安全头盖设计，密封样本。</p> <p>8、针尖采用多切面设计。</p>

3	经外周穿刺中心静脉导管套装	各型	实时挂网价	套	<p>1、结构及组成：产品包含单腔导管、带侧孔的导引套管、连接器、固定翼、护帽和导丝。</p> <p>2、导管是硅胶材质，导管外径<b>1.32mm</b>，生物相容性。</p> <p>3、穿刺针和导丝材质为<b>304</b>不锈钢，支持冲洗。</p> <p>4、导管采用三向的、压敏型的瓣膜；该瓣膜在<b>7mmHg~80mmHg</b>保持闭合状态。正向导管外打开，可以进行注射或输液；负向导管内打开，可以进行抽血；平衡时管不使用时，瓣膜均处于关闭状态，防止回流和空气栓塞的发生。</p> <p>5、导管末端修剪，可根据导管实际置入深度来进行修剪。</p> <p>6、导管的尖端含钨设计，可加重显影。</p> <p>7、导管薄壁大腔，流速<b>500ml/h（±5%）</b>。</p> <p>8、延长管为透明导管，连接翼部分可四重扣。</p> <p>9、产品主要用于中长期静脉注射或采血。</p>
4	密闭式防针刺伤静脉留置针	各型	实时挂网价	根	<p>1、密闭式防针刺伤型，用于静脉输液、化疗及采取血液样本。</p> <p>2、由护针帽、导管、导管座、针管、隔离针翼座、针尖保护套、延长管、封管夹、Y型鲁尔接头、肝素帽组成。</p> <p>3、导管材质为聚氨酯。</p> <p>4、规格至少包含<b>18G、20G、22G、24G</b>，直型与Y型，可承受<b>≥300</b>卡帕压力。</p> <p>5、留置针针尖斜面根部与导管末端的距离应小于<b>0</b>且小于<b>1mm</b>。</p> <p>6、针尖保护装置为自动激活。</p> <p>7、X光下<b>≥6</b>条显影带。</p> <p>8、导管柔软，随血管温度自动软化<b>≥72%</b>。</p> <p>9、肝素帽反复连接次数<b>≥90</b>次。</p> <p>10、撤针芯顺滑。</p> <p>11、在针尖保护套启动前，针尖保护套与针管的脱离的拉力应不小于<b>9.5N</b>；针尖保护套启动后，将针尖从针尖保护套中拉出的拉力应不小于<b>9.5N</b>。</p> <p>12、延长管与导管座和直型或Y型鲁尔接头连接应牢固，其分离力应不小于<b>15N</b>。</p>

5	密闭式静脉留置针	各型	实时挂网价	根	<p>1、密闭式留置针，防止血液暴露，用于输液、给药以及采取血液样本。</p> <p>2、导管柔软，随血管温度自动软化<math>\geq 72^{\circ}\text{C}</math>。</p> <p>3、导管、延长管材质均为聚氨酯，不含PVC，不含DEHP。</p> <p>4、X光下<math>\geq 6</math>条显影带。</p> <p>5、单手夹护理人员可单手操作。</p> <p>6、规格至少包含18G、20G、22G、24G的规格，且18G、20G、22G、24G的规格与Y型，且18G、20G、22G、24G的规格承受<math>\geq 300</math>卡帕压力。</p> <p>7、留置针针尖斜面根部与导管末端的距离<math>\leq 0</math>且小于1mm。</p> <p>8、导管尖端梭形结构，导管表面光滑。</p> <p>9、导管材质具有弹性。</p> <p>10、撤针芯顺滑。</p>
6	无针密闭输液接头	各型	实时挂网价	个	<p>1、连接方式:螺口连接。</p> <p>2、材质:不含DEHP、无热源、不含乳胶。</p> <p>3、不含金属材料。</p> <p>4、伽马射线灭菌。</p> <p>5、连接次数: 可连接<math>\geq 100</math>次。</p> <p>6、接头表面: 表面光滑平整，无凹槽。</p> <p>7、消毒时间: 在装配前，使用70%的异丙醇擦拭输液接头头端（1-2秒）。</p> <p>8、耐高压，额定压力<math>\geq 325</math>卡帕。</p>
7	一次性使用肝素帽	各型	实时挂网价	个	<p>1、与一次性使用静脉留置针配套使用，用于输液。</p> <p>2、环氧乙烷灭菌。</p>
8	一次性使用无菌胰岛素注射器	各型	实时挂网价	个	<p>1、单支纸塑包装: 端帽(针管端)、针管、外套、活塞和针座组成。灭菌方法: <math>\gamma</math>射线灭菌。</p> <p>适用范围: 用于胰岛素注射。</p>

9	一次性使用无菌中心静脉导管套件	各型	实时挂网价	套	<p>1、由中心静脉导管、穿刺针、导丝、扩引导丝导入器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、开皮手术刀、肝素帽、蝴蝶消毒刷、中单、小单、孔巾、纱布和直针组成。</p> <p>2、中心静脉导管由尖端、管腔、翼型接长管、锁止夹和锁定接头组成。</p> <p>3、产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，期≥3年。</p> <p>4、该产品适用于短期经外周静脉进入中心静脉系统使用支持进行输液、静脉注射治疗、采样、液体、药物和营养的输注，同时支持中心静脉压监测。</p>
10	一次性使用注射笔用针头	各型	实时挂网价	个	<p>1、钢针采用304不锈钢</p> <p>2、采用γ射线灭菌</p> <p>3、5斜面设计</p> <p>4、穿刺力符合使用标准要求。</p> <p>5、产品规格：至少包含32Gx4mm(0.23mmx4mm)</p> <p>6、薄壁针头设计。</p> <p>7、针管采用电子打磨工艺和渔网及双重润滑处理工艺。</p> <p>8、100%全自动流水线及视觉检测。</p>
11	一次性使用静脉留置针	各型	实时挂网价	根	<p>1、留置针系列产品分为直型和带翼型，带翼型的留置针均由护套、静脉导管组合件（导管、金属楔和导管座）、针头组合件（包鞘和针座）及透气塞组成。</p> <p>2、导管材质为聚氨酯。</p> <p>3、一次性使用，环氧乙烷灭菌。</p> <p>4、无热原，不含DEHP，不含天然乳胶。</p> <p>5、18G至22G，最高压力可耐300卡帕</p> <p>6、X光下≥6条显影带；</p> <p>7、导管柔软，随血管温度自动软化≥72℃</p> <p>8、使用期限：≥5年。</p>
12	一次性使用输血器带针	各型	实时挂网价	个	<p>1、一次性输血器带针产品由：保护套、接口穿刺器、进气器件、滴管、滴斗、血液过滤器、流量调节器、注射件、外圆锥接头和一次性使用静脉输液针组成。</p>

13	一次性腔镜用电动切割吻合器	各型	实时挂网价	把	<p>1、结构组成：由“预置芯片型吻合器”和“件”两部分组成。预置芯片型吻合器由击发管、钉闸装取按钮、上下旋转头、保险按位按钮、闭合/击发按钮、主控PCB板组件、上盖板、指示灯、转向旋钮、电池包组成。仓组件由抵钉座（含鹰嘴附件和不含鹰嘴、切割刀、钉闸底座、钉仓（含等高钉和钉）、钉仓保护套和套管组成。产品以无提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。</p> <p>2、适用范围：可用于开放或微创的普通外科、妇产科、泌尿外科、胸外科手术的组织的切除和/或建立吻合。</p> <p>3、性能要求：</p> <p>1）一枪通配，可搭载30/45/60三种不同度钉仓。</p> <p>2）全电动智能款，内含软件设置；</p> <p>a.LYISA算法可实时调整参数，智能识别程序，使成钉良率达98%以上；</p> <p>b.多核芯片实现组织厚度智能识别；</p> <p>c.智能芯片每秒检测200次以上，异常情况提示。</p> <p>3）钉仓大开口设计；</p> <p>4）水滴凹槽设计；</p> <p>5）钉仓组件壁虎爪设计；</p> <p>6）切割线两边各三排不等高钉，阶梯型钉</p> <p>7）钉仓前端鹰嘴（喙状钉仓）。</p> <p>4、钉仓组件参数：</p> <p>1）等高型钉仓：灰（钉高2.0mm）白（钉高2.5mm）蓝（钉高3.5mm）金（钉高4.0mm）黑（钉高4.8mm），不等高型钉仓：褐（钉高2.0/2.5/3.0mm）紫（钉高3.0/3.5/4.0mm）（钉高3.8/4.5/4.8mm）。</p> <p>2）钉仓长度：30mm、45mm、60mm</p> <p>5、关节头能通过枪身旋扭调整弯转角度，刀与钉仓一体化设计随钉仓一起更换。</p> <p>6、钉仓组件最大击发次数大于等于20次；锁定功能。</p>
14	一次性使用麻醉用针	各型	实时挂网价	根	<p>1、一次性使用麻醉用针分为硬膜外穿刺针和椎管内针管采用不锈钢制成。一次性使用麻醉针无菌。</p>

1	技术要求	15	一次性使用输液延长管	各型	实时挂网价	根	<p>1、外观</p> <p>1.1 管路：透明无杂质。</p> <p>1.2 接头外壳表面无毛刺、塑流、裂纹等缺陷。</p> <p>1.3三通阀有明显的药液流动方向的标记，无毛刺、无机械杂质、异物、污点、缺料。</p> <p>1.4 三通阀的圆锥接头符合国家标准的6.3度要求。</p> <p>1.5三通阀的旋钮转动灵活。</p> <p>1.6旋钮能起到管路止流开关作用，止流时密闭无泄漏。</p> <p>1.7三通阀的保护帽和保护套不自然脱落，拆除。</p> <p>2、物理性能</p> <p>2.1连接牢固度</p> <p>一次性使用输液延长管各连接处应能承受静态轴向拉力15s不脱落。</p> <p>2.2 密封性</p> <p>一次性使用输液延长管各连接部位应密封。</p> <p>2.3 护套、护帽</p> <p>一次性使用输液延长管的药液出入口应有护帽，且不应自然脱落，并易于拆除。</p> <p>2.4 限流夹</p> <p>一次性使用输液延长管管路如有限流夹，在关闭时，应能阻断30kPa压力的气体流且开启后不损坏软管，不影响管路的畅通。</p>
16		一次性使用采血针	各型	实时挂网价	根	<p>1、由瓶塞穿刺保护套、瓶塞穿刺器、进针、滴管、滴斗、管路、血液过滤网、流量器、注射件、外圆锥接头和一次性使用静脉组成。</p> <p>2、输血器按进气形式和外形结构不同分为带气器件、不带进气器件两种。</p>	
17		骨蜡	各型	实时挂网价	个	<p>1、骨蜡由86%蜂蜡（西蜂蜡）、4%医用和10%大豆油组成，属不可吸收性蜡混合。</p>	

18	可吸收再生氧化纤维素	各型	实时挂网价	张	1、国家医保局分类为非织造布类；材质为氧化纤维素；植物来源材质；尺寸为2.5cm；保质期为≥3年；保存温度为15-30℃；有抑菌作用；7-14天在体内完全降解吸收；s-1min止血，可顺利通过trocar后展开贴镜下的创面，有张力，有韧性，紧密致密氧化纤维，结构完整性和形态记忆力。
19	可吸收止血纱	各型	实时挂网价	张	1、产品由再生氧化纤维素的可控氧化而制成一种无菌可吸收的编织物。织物为白色。灭菌，一次性使用。在外科手术中结扎法常规控制方法不适用或无效时，产品作为品控制毛细血管、静脉和小动脉的出血。
20	疝修补补片	各型	实时挂网价	张	1、具有测距功能。 2、克重≤60g/m²。 3、具有加强边缘条，且边缘光滑。 4、聚丙烯材质。 5、可满足不同疝环充填手术方式。
21	医用粘合器	各型	实时挂网价	支	1、成分：α-氰基丙烯酸正丁酯(504) + α-氰基丙烯酸正辛酯(508)，双分子合成医用胶。 2、纯度：504为98.5%±1.5%；508为98.5%±1.5%；无其他任何添加剂。 3、聚合速度适中，外科胶为5-10秒，栓剂为10-30秒。 4、FAL搭接-剪切拉伸承载强度不低于0.5 MPa，FAL平均T-剥离拉伸承载强度不低于1 MPa，FAL拉伸强度不低于0.27 MPa，FAL伤口闭合度:不低于36 N。 5、规格至少包含0.5ml、1.0ml、1.5ml，均保存，均为一次性使用。
22	可吸收止血流体明胶	各型	实时挂网价	支	1、猪源明胶，非人源原材料，无传染性病原。 2、产品剂量8ml。 3、4-6周可被完全吸收。 4、流体性状，非固体止血材料。 5、基质颗粒小于1mm，基质粘稠，不溶。 6、膨胀率20%以下，不易造成非预期的占位。 7、有可弯曲导管，可裁剪导管，供手术使用。 8、可常温保存运输，产品能够经受-20℃~40℃的温度变化最多达216小时。

23	一次性使用无菌手术包	各型	实时挂网价	根	<p>1、根据临床不同需求，主洞巾需要采用复合料，尺寸为200cm*370cm。</p> <p>2、无纺布为双层复合料，尺寸为115cm和120cm*200cm。</p> <p>3、包布为双层复合料，尺寸为150cm*200cm。</p> <p>4、手术包至少包含3个手术衣、8张中单、1张洞巾、1张包布。</p>
24	一次性使用胸腔闭式引流装置	各型	实时挂网价	个	<p>1、引流瓶为一体吹塑型。</p> <p>2、由积液腔、水封腔、调压腔、环通接管、自动正压释放装置、挂钩和底座组合而成。</p> <p>3、该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。</p> <p>4、产品为三腔≥1300ml。</p>
25	一次性负压引流球	各型	实时挂网价	个	<p>1、由负压吸引球、固定圈、挂圈、塞子和引流袋组成。</p> <p>2、引流管规格：十字型引流管F12(硅胶管)。</p> <p>3、引流袋规格：800ml。</p> <p>4、该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。</p>
26	呼吸训练器	各型	实时挂网价	套	<p>1、国产呼吸训练器，单球容量型呼吸训练器。</p> <p>2、单一患者使用。</p> <p>3、仅作为吸气功能锻炼用。</p> <p>4、呼吸训练器的原理为非流速型呼吸训练器。</p> <p>5、吸气流速为25l/min时，容量上升时间≤10s。</p> <p>6、配置：呼吸训练器、连接软管、口含管、直尺、说明书。</p>

27	一次性使用医用激光光纤	各型	实时挂网价	根	<p>1、总长度：600um 2M规格的为2米，3M规格的为3米。</p> <p>2、纤芯直径：纤芯直径为 600um，允差±10%。</p> <p>3、光纤传输效率:光纤平直放置时对应波长的传输效率应不小于80%。</p> <p>4、光纤适用的波长≥1470nm。</p> <p>5、最大传输功率:12W。</p> <p>6、灭菌方法:环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应小于 0.1mg/根。</p> <p>7、抗拉强度:光纤传输体与连接器接合处、光纤传输体与治疗头接合处的抗拉强度≥ 5N，传输效率应≥试验前的90%。</p> <p>8、光纤最小弯曲工作半径:最小弯曲半径≥100mm，当被弯曲至该值后，光纤传输效率应≥试验前的90%。</p> <p>9、光纤前端治疗头带石英保护罩。</p>
28	导丝	各型	实时挂网价	根	<p>1、用于胆管(包括胆总管、胆胰管、胆囊管、左右肝管)的选择性插管术。</p> <p>2、导丝长度260mm、450mm；头端：直头、弯头；硬度：标准，硬质。</p> <p>3、直径至少包含0.035inch，0.025inch规格可选。</p>
29	一次性括约肌切开刀	各型	实时挂网价	把	<p>1、用于ERCP手术。</p> <p>2、切割丝长度至少包含20mm、30mm、40mm、50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、120mm、150mm、180mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm、650mm、700mm、750mm、800mm、850mm、900mm、950mm、1000mm、1100mm、1200mm、1300mm、1400mm、1500mm、1600mm、1700mm、1800mm、1900mm、2000mm、2200mm、2400mm、2600mm、2800mm、3000mm、3200mm、3400mm、3600mm、3800mm、4000mm、4200mm、4400mm、4600mm、4800mm、5000mm、5200mm、5400mm、5600mm、5800mm、6000mm、6200mm、6400mm、6600mm、6800mm、7000mm、7200mm、7400mm、7600mm、7800mm、8000mm、8200mm、8400mm、8600mm、8800mm、9000mm、9200mm、9400mm、9600mm、9800mm、10000mm、10500mm、11000mm、11500mm、12000mm、12500mm、13000mm、13500mm、14000mm、14500mm、15000mm、15500mm、16000mm、16500mm、17000mm、17500mm、18000mm、18500mm、19000mm、19500mm、20000mm、21000mm、22000mm、23000mm、24000mm、25000mm、26000mm、27000mm、28000mm、29000mm、30000mm、31000mm、32000mm、33000mm、34000mm、35000mm、36000mm、37000mm、38000mm、39000mm、40000mm、41000mm、42000mm、43000mm、44000mm、45000mm、46000mm、47000mm、48000mm、49000mm、50000mm、51000mm、52000mm、53000mm、54000mm、55000mm、56000mm、57000mm、58000mm、59000mm、60000mm、61000mm、62000mm、63000mm、64000mm、65000mm、66000mm、67000mm、68000mm、69000mm、70000mm、71000mm、72000mm、73000mm、74000mm、75000mm、76000mm、77000mm、78000mm、79000mm、80000mm、81000mm、82000mm、83000mm、84000mm、85000mm、86000mm、87000mm、88000mm、89000mm、90000mm、91000mm、92000mm、93000mm、94000mm、95000mm、96000mm、97000mm、98000mm、99000mm、100000mm、105000mm、110000mm、115000mm、120000mm、125000mm、130000mm、135000mm、140000mm、145000mm、150000mm、155000mm、160000mm、165000mm、170000mm、175000mm、180000mm、185000mm、190000mm、195000mm、200000mm、210000mm、220000mm、230000mm、240000mm、250000mm、260000mm、270000mm、280000mm、290000mm、300000mm、310000mm、320000mm、330000mm、340000mm、350000mm、360000mm、370000mm、380000mm、390000mm、400000mm、410000mm、420000mm、430000mm、440000mm、450000mm、460000mm、470000mm、480000mm、490000mm、500000mm、510000mm、520000mm、530000mm、540000mm、550000mm、560000mm、570000mm、580000mm、590000mm、600000mm、610000mm、620000mm、630000mm、640000mm、650000mm、660000mm、670000mm、680000mm、690000mm、700000mm、710000mm、720000mm、730000mm、740000mm、750000mm、760000mm、770000mm、780000mm、790000mm、800000mm、810000mm、820000mm、830000mm、840000mm、850000mm、860000mm、870000mm、880000mm、890000mm、900000mm、910000mm、920000mm、930000mm、940000mm、950000mm、960000mm、970000mm、980000mm、990000mm、1000000mm、1050000mm、1100000mm、1150000mm、1200000mm、1250000mm、1300000mm、1350000mm、1400000mm、1450000mm、1500000mm、1550000mm、1600000mm、1650000mm、1700000mm、1750000mm、1800000mm、1850000mm、1900000mm、1950000mm、2000000mm、2100000mm、2200000mm、2300000mm、2400000mm、2500000mm、2600000mm、2700000mm、2800000mm、2900000mm、3000000mm、3100000mm、3200000mm、3300000mm、3400000mm、3500000mm、3600000mm、3700000mm、3800000mm、3900000mm、4000000mm、4100000mm、4200000mm、4300000mm、4400000mm、4500000mm、4600000mm、4700000mm、4800000mm、4900000mm、5000000mm、5100000mm、5200000mm、5300000mm、5400000mm、5500000mm、5600000mm、5700000mm、5800000mm、5900000mm、6000000mm、6100000mm、6200000mm、6300000mm、6400000mm、6500000mm、6600000mm、6700000mm、6800000mm、6900000mm、7000000mm、7100000mm、7200000mm、7300000mm、7400000mm、7500000mm、7600000mm、7700000mm、7800000mm、7900000mm、8000000mm、8100000mm、8200000mm、8300000mm、8400000mm、8500000mm、8600000mm、8700000mm、8800000mm、8900000mm、9000000mm、9100000mm、9200000mm、9300000mm、9400000mm、9500000mm、9600000mm、9700000mm、9800000mm、9900000mm、10000000mm、10500000mm、11000000mm、11500000mm、12000000mm、12500000mm、13000000mm、13500000mm、14000000mm、14500000mm、15000000mm、15500000mm、16000000mm、16500000mm、17000000mm、17500000mm、18000000mm、18500000mm、19000000mm、19500000mm、20000000mm、21000000mm、22000000mm、23000000mm、24000000mm、25000000mm、26000000mm、27000000mm、28000000mm、29000000mm、30000000mm、31000000mm、32000000mm、33000000mm、34000000mm、35000000mm、36000000mm、37000000mm、38000000mm、39000000mm、40000000mm、41000000mm、42000000mm、43000000mm、44000000mm、45000000mm、46000000mm、47000000mm、48000000mm、49000000mm、50000000mm、51000000mm、52000000mm、53000000mm、54000000mm、55000000mm、56000000mm、57000000mm、58000000mm、59000000mm、60000000mm、61000000mm、62000000mm、63000000mm、64000000mm、65000000mm、66000000mm、67000000mm、68000000mm、69000000mm、70000000mm、71000000mm、72000000mm、7</p>



36	一次性使用取石网篮	各型	实时挂网价	个	1、网篮开幅15mm-30mm,长度30mm,形状至少包含钻石型、螺旋形、椭圆形可
37	球囊扩张导管	各型	实时挂网价	根	1、球囊直径4mm-40mm,球囊长度20mm-100mm。
38	一次性使用电子胆道内窥镜导管	各型	实时挂网价	根	1、图像传感器：采用高清电子成像技术、CMOS芯片，且要求具备≥64万像素。 2、光源：头端≥4个LED。 3、插入部工作长度：380mm（±5%）。 4、主软管外径：4.9mm（±5%）。 5、器械通道孔径：1.95mm（±5%）。 6、视场角：视场角应为110°±10%。 7、可清晰观察范围：可清晰观察范围5mm内。 8、弯角卡锁：可固定头端部弯曲角度，防结构。
39	医用疤痕凝胶	各型	实时挂网价	支	1、产品由二甲硅油、甘油、卡波姆941、胺、甘露聚糖、β-葡聚糖、羟苯甲酯钠、及挤压式软管组成。挤压式软管由聚乙烯成。用于辅助改善皮肤病理性疤痕，辅助皮肤病理性疤痕的形成（如烧烫伤、创伤、痤疮造成的皮肤疤痕），不用于未愈合的
40	一次性使用外科引流管	各型	实时挂网价	根	1、外科引流管由硅胶导管和引导针组成，可带X光显影的标记线或造影前端。适用于手术的术后引流。
41	可吸收结扎夹	各型	实时挂网价	个	1、产品由聚二氧六环酮聚酯制成，可降低氧乙烷灭菌。产品一次性使用。产品主要用于泌尿外科、胃肠外科、胆道外科手术中的血管、输尿管或者含有小血管和淋巴管的组扎和闭锁。产品与施夹钳配合使用。
42	一次性使用多功能引流导管	各型	实时挂网价	套	1、产品由引流管、套管、冲洗管、排气针头组成；产品的引流管组件由硅橡胶制成组件由PVC、ABS、PC、PE、POM、PP不锈钢制成。产品适用于外科手术后创伤处的体液引流及患处冲洗。

**特别说明：**

1、本次采购配送的产品（耗材）名称是根据采购人单位初步调研了解而设定，不同厂家生产的同效用产品名称有与本项目招标文件中产品名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能、功效与招标文件要求的一致也予以认可（投标人在投标文件中须提供相关证明资料：如注册证、厂家白皮书等）；配送的产品能满足采购人本项目需求的可不限产地。

2、因本次配送涉及品种较多，采购清单如涉及品牌或型号的，仅表示不可低于该品牌或型号（参考）的功能作用且均可替代，投标人可提供质量、性能相等或优于参考品牌或

			型号的产品（投标人在投标文件中须提供相关证明资料：如注册证、厂家白皮书等）。
--	--	--	--

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
			<p>一、商务服务要求</p> <p>★1、配送方式及地点</p> <p>1.1配送方式：根据采购人提出的实际需求计划量按时供货。</p> <p>1.2配送地点：岳池县人民医院指定地点。</p> <p>★2、合同期限（服务期限）：</p> <p>2年【服务期未满2年实际配送产品总金额达到合同总金额（最高限价金额：950.00万元）则合同终止；服务期满2年实际配送产品总金额未达到合同总金额（最高限价金额：950.00万元）则合同也终止，二者之一以先到达为合同终止标准】。</p> <p>（注：因一体化系统录入格式原因，合同期限与招标文件其他地方条款不一致时，以此处为准）</p> <p>★3、报价及付款方式</p> <p>3.1 报价方式（人民币）：</p> <p>3.1.1因采购一体化系统设置原因和项目需要，本项目系统中报价表的“响应报价”填写本项目最高限价金额（950.00万元），此价格作为合同（中标）总金额。本项目采用单价报价，投标人按照招标文件中单价报价表和单价分项报价明细表的格式填写。单价报价表和单价分项报价明细表的报价作为投标人报价得分的评审依据，其单价报价作为合同单价。</p> <p>3.1.2挂网产品，按四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统（招采子系统）实时挂网价（单价）下浮比例（xx%）进行报价（每个产品下浮比例一致，报价包括产品价格、包装、配送服务、运输、售后服务、信息建设费、税收等完成本项目的费用）。</p> <p>3.1.3投标人所投挂网产品价格不能高于采购人现用同类产品挂网价格或同类产品挂网价（药品和医用耗材招采管理系统全网查询）最低价倒数第三位。（提供承诺函，并加盖投标人公章）</p> <p>3.2结算方式：</p> <p>3.2.1挂网产品（耗材）：①供货价格（单价）=四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统（招采子系统）产品实时挂网价（单价）×[1-下浮比例（xx%）]。②结算金额=供货价格（单价）×实际配送数量。注：保留小数点后两位。</p> <p>3.3付款方式：中标人所提供的产品验收合格、使用正常、无质量问题，按入库的实际数量满三个月后滚动付款，不计利息。结算总额不超过本项目最高限价金额。（注：因系统录入固定格式原因，付款方式（支付方式、付款进度、验收）与招标文件其他地方条款不一致时，以此处为准）</p> <p>★4、技术资料</p> <p>4.1中标人在产品配送时需提供中文产品使用说明书、产品检验报告（若有）、产品医疗器械注册证或备案凭证（仅限医疗器械）等相关资料。</p> <p>5、技术、培训与售后服务</p> <p>5.1 投标人负责派合格技术人员到用户现场指导耗材的使用。</p>

1	服务要求	<p><b>5.2 人员培训：</b>对于一些需要培训的产品，投标人必须做好相关培训工作，培训产生的费用由投标人负责。</p> <p><b>5.3 售后服务：</b>当采购人提出售后服务时，成交投标人在2小时内响应，并满足采购人相关要求。</p> <p><b>★6、履约验收</b></p> <p><b>6.1</b>按照相关法律法规的要求和相关技术要求及《政府采购需求管理办法》财库【2021】22号、《岳池县政府采购项目履约验收工作规程》岳财采【2021】82号及《岳池县人民医院履约验收管理办法（第二版）》岳医字【2023】328号的要求进行验收，验收标准以合同、招标文件及投标响应文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）相关标准为准进行验收。</p> <p><b>6.2</b>如中标人提供的产品不能满足临床需要，参数与招标文件、投标响应文件不符，采购人有权退货、终止合同，并追究由此造成的经济损失及相关法律责任。</p> <p><b>★二、服务要求</b></p> <p><b>1、</b>中标后合同签订前，中标人须提供产品生产企业对产品销售的书面授权及生产厂家售后服务承诺书（中标人为生产企业的除外），还须承诺配送产品符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求。（单独提供承诺函，承诺函需包含本条全部内容，格式自拟）</p> <p><b>2、</b>鉴于此项目产品需配套相关信息系统才能让采购人正常使用及管理，故需由中标人向相关配套信息系统建设服务方支付配送金额5%的信息建设费用，该费用可由中标人直接向配套信息系统建设服务方支付，中标人也可委托采购人代收代支。采购人拥有配套信息化建设硬件和软件系统全生命周期所有权、使用权，中标人按合同约定支付款项后不得以任何理由主张收回或者退赔款等权利（注：合同履行过程中，若本项目涉及产品纳入集采则对应的产品不再收取信息建设费用）。</p> <p><b>3、</b>投标供应商须承诺：（1）采购人可将中标人所投挂网产品（耗材）的中标产品单价价格[产品单价为：四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统（招采子系统）该产品实时挂网单价×[1-下浮比例（xx%）]上传至四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统（招采子系统）挂网；（2）若供应商仅为中标而下浮挂网耗材产品价格比例，中标后合同实际履行过程中采购人不能按照中标人下浮后的产品单价[四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统（招采子系统）该产品实时挂网单价×[1-下浮比例（xx%）]上传至四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统（招采子系统）挂网，采购人有权拒绝付款、解除合同，且中标人还应按合同总额30%的金额向采购人赔偿违约金。（提供承诺函，并加盖投标人公章）</p> <p><b>4、</b>在产品配送服务期间，因中标人配送的产品质量问题给采购人造成的纠纷、医疗事故和经济损失由中标人负责。</p> <p><b>5、</b>如产品即将过期，无条件提供产品退换服务且不收取任何费用，中标人须在产品失效前1个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。</p> <p><b>6、</b>配送服务期内若遇到国家、省、市、县相关政策调整，中标人应无条件根据政策作出相应的调整和优化，以满足相关政策要求及采购人使用要求，如有必要可终止合同。配送服务期内若响应产品已实施集采则按集采相关规定实施配送，中标人若非该产品集中配送公司则不再对该品种实施配送。</p> <p><b>7、</b>中标人对所提供产品应适当备货，确保采购人随时需要。采购人下达的采购计划应于5个工作日内送达，急诊或急救耗材必须保证随时下达计划随时供货，不得因供货不及时影响采购人正常医疗工作，如未及时按质按量进行供应采购人有权扣押货款。</p>
---	------	--

		<p>8、产品质量要求：</p> <p>8.1中标人所提供的产品，按生产企业或国家相关部门最新颁布的标准及规范为准。</p> <p>8.2中标人应保证所有产品是全新、未使用过的原厂原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。产品包装（含最小包装）必须符合国家关于医疗器械的相关法律要求。</p> <p>8.3中标人所提供的产品的包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。</p> <p>8.4质保期：招标文件中有明确规定的按招标文件要求执行，招标文件中无明确规定的质保期为1年。</p> <p>9、投标人所投产品若出现停产、升级、注册变更等情况，投标人应至少提前三个月通知采购人，给采购人预留重新组织采购的时间；若因投标人通知不及时给采购人造成损失，采购人有权追究投标人责任，要求投标人赔偿损失。</p> <p>10、其他未尽事宜，双方协商一致后在合同中约定。</p> <p>注：带“★”号的为实质性要求，若有负偏离，按无效响应处理。</p>
--	--	---

3.3.2.商务要求

采购包1：

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	2年【服务期未满2年实际配送产品总金额达到合同总金额（最高限价金额：950.00万元）则合同终止；服务期满2年实际配送产品总金额未达到合同总金额（最高限价金额：950.00万元）则合同也终止，二者之一以先到达为合同终止标准】。
2	★	服务地点	岳池县人民医院指定地点
3	★	验收、交付标准和方法	按照相关法律法规的要求和相关技术要求及《政府采购需求管理办法》财库【2021】22号、《岳池县政府采购项目履约验收工作规程》岳财采【2021】82号及《岳池县人民医院履约验收管理办法（第二版）》岳医字【2023】328号的要求进行验收，验收标准以合同、招标文件及投标响应文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）相关标准为准进行验收
4	★	支付方式	分期付款
5	★	付款进度安排	1、滚动付款，中标人所提供的产品验收合格、使用正常、无质量问题，按入库的实际数量满三个月后滚动付款，不计利息。结算总额不超过本项目最高限价金额，达到付款条件起30日内，据实情况说明为挂网产品（耗材）：①供货价格（单价）=四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统（招采子系统）产品实时挂网价（单价）×[1-下浮比例（xx%）]。②结算金额=供货价格（单价）×实际配送数量。注：保留小数点后两位

6	★	违约责任与解决争议的方法	<p>1、（1）双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。（2）如因投标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。（3）因货物的质量问题发生争议，由质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由投标人承担。2、解决合同纠纷的方式：在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应尽量通过友好协商解决，超过30天协商无果，当事人可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。</p>
---	---	--------------	---

### 3.4.其他要求

采购包1：

1、投标人提供配送服务方案，包括：①产品配送实施方案与保障（总体配送实施方案、具体部署、组织架构与配送保障措施）；②配送产品质量管理与措施（质量管理目标、质量管理与保障依据、质量管理措施具体体现）；③产品安全管理体系与措施（安全管理目标、产品临床使用时的具体安全保障措施）；④产品服务技术人员配置（职业安全措施、服务技术保障）。2、投标人提供售后及应急服务方案：（1）售后服务网点；（2）售后服务方案，方案包含：①售后质量保障措施②售后服务技术人员配置方案③售后服务响应措施④售后服务技术支持措施⑤售后培训方案；（3）应急服务方案包含：①临时计划处理②物资定点供货管理③运输保障方案；（4）急救配送。3、投标人提供2022年1月1日（含1日）至今具有类似项目（医用耗材销售或配送类）业绩。

## 第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

### 4.1.一般资格审查

采购包1：

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。并且①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码 营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④投标人若为自然人：提供“身份证明材料”；以上①-④均提供复印件。	供应商提交的相关证明材料.docx,投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	①可提供2022年至今（任意一年度）投标人经审计的完整有效的财务报告复印件；②也可提供2022年至今（任意一年度）投标人内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；⑥投标人为自然人的提供承诺函（格式自拟）。投标人需在使用投标（响应）客户端编制投标文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。	具有健全财务会计制度的证明材料.docx,投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。提供承诺函原件。	投标（响应）函

6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

#### 4.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件

#### 4.3.特定资格审查

采购包1:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	特定资格条件	（1）若投标人为生产厂家须符合《医疗器械监督管理条例》要求并具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证或有效生产备案凭证；若投标人为非生产厂家须符合《医疗器械监督管理条例》要求并具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效经营备案凭证。（仅限医疗器械适用，提供复印件加盖公章）（2）本项目不接受联合体投标（提供非联合体参加承诺函格式自拟，并加盖投标人公章）。	供应商提交的相关证明材料.docx

## 第五章 评标办法

### 5.1.总则

- 一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。
- 二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
- 三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。
- 四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。
- 五、评标过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。
- 六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2.评标委员会

- 一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。
- 二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。
- 三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存投标人投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。
- 四、评标委员会应当履行下列职责：
  - （一）熟悉和理解招标文件；
  - （二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
  - （三）对投标文件进行比较和评价；
  - （四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；
  - （五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
  - （六）起草评标报告并进行签署；
  - （七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
  - （八）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3.评标程序

#### 5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

#### 5.3.2.停止评标的情形

本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；
- 二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；
- 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；

六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

**5.3.3.符合性审查**

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函,关于招标文件“第二章实质性要求”的承诺函（实质性要求）.docx
2	商务要求	“3.3.2.商务要求”中标注“实质性要求”（即带“★”的要求）为本次采购活动体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求，不允许有负偏离。	商务要求应答表.docx
3	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。	报价表
4	服务要求	“3.3.1.服务内容要求”中标注“实质性要求”（即带“★”的要求）为本次采购活动体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求，不允许有负偏离。	服务要求应答表.docx
5	技术要求	1.投标人把本项目招标文件第三章3.2的技术要求事项列入此表；提供相关的证明材料（若涉及）	技术应答表.docx

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，评标委员会发现投标人还存在未响应招标文件实质性要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

**5.3.4.解释、澄清、说明的有关问题**

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

#### **5.3.5.比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### **5.3.6.评标委员会复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

#### **5.3.7.代理机构现场复核评审结果**

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

#### **5.3.8.确定中标候选人名单**

采购包1： 确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

### 5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评标方法和标准；
- 四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.3.10评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 5.4.评标方法、细则及标准

### 5.4.1.评标方法

（一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

- 1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.4.2.评标细则及标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 <b>90.00</b> 分 报价得分 <b>10.00</b> 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评分分值	客观/主观	关联投标文件格式文本
	配送服务方案	<b>1、</b> 根据本项目实际情况拟定配送服务方案，包括： <b>①</b> 产品配送实施方案与保障（总体配送实施方案及具体部署、组织架构与配送保障措施）； <b>②</b> 配送产品质量管理与措施（质量管理目标及保障依据、质量管理措施具体体现）； <b>③</b> 产品安全管理体系与措施（安全管理目标、产品临床使用时的具体安全保障措施）； <b>④</b> 产品服务技术人员配置（职业安全措施、服务技术保障）。方案中以上 <b>4</b> 项内容充分体现且完全满足招标文件要求的得 <b>24</b> 分；每缺少一项扣 <b>6</b> 分；每项方案中有一处存在缺陷（缺陷是指： <b>①</b> 本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误； <b>②</b> 非专门针对本项目或内容与本项目需求无关； <b>③</b> 内容矛盾或表述前后不一致； <b>④</b> 复制或套用其他项目内容； <b>⑤</b> 常识性错误或叙述错乱或序号层次混乱； <b>⑥</b> 方案不完善；等以上任意一种情形。）扣 <b>3</b> 分（这项 <b>6</b> 分扣完为止），未提供方案的不得分。	<b>24.0000</b>	主观	供应商提交的其他证明材料.docx
		<b>1、</b> 售后服务网点（ <b>5</b> 分）： 在项目所在地有售后服务网点（提供相关证明材料）或承诺在成交后签订合同前在项目所在地设立售后服务网点的（提供承诺函）得 <b>5</b> 分； <b>2、</b> 售后服务方案（ <b>20</b> 分）：根据本项目实际情况拟定售后服务方案，方案包含： <b>①</b> 售后质量保障措施； <b>②</b> 售后服务技术人员配置方案； <b>③</b> 售后服务响应措施； <b>④</b> 售后服务技术支持措施； <b>⑤</b> 售后培训方案。方案中以上 <b>5</b> 项内容充分体现且完全满足招标文件要求的得 <b>20</b> 分；每缺少一项扣 <b>4</b> 分；每项			

详细评审	售后及应急服务方案	<p>方案中有一处存在缺陷（缺陷是指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；⑤常识性错误或叙述错乱或序号层次混乱；⑥方案不完善；等以上任意一种情形。）扣2分（这项4分扣完为止），未提供方案的不得分。</p> <p><b>3、应急配送方案（15分）：</b> 投标人根据本项目实际情况拟定应急配送方案，方案包含：①临时计划处理；②物资定点供货管理；③运输保障方案。方案中以上3项内容充分体现且完全满足招标文件要求的得15分；每缺少一项扣5分；每项方案中有一处存在缺陷（缺陷是指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；⑤常识性错误或叙述错乱或序号层次混乱；⑥方案不完善；等以上任意一种情形。）扣2.5分（这项5分扣完为止），未提供方案的不得分。</p> <p><b>4、急救配送（5分）：</b> ①30分钟内配送到位的得5分，②超过30分钟1个小时内配送到位得4分，③超过1个小时4个小时内配送到位得3分，④超过4个小时6个小时内配送到位得2分，⑤超过6个小时配送到位得1分。（提供承诺函，并加盖投标人公章）注：本大项最多得45分。</p>	45.0000	主观	供应商提交的其他证明材料.docx
	业绩	<p>投标人2022年1月1日（含1日）至今具有类似项目（医用耗材销售或配送类）业绩的，每提供一个类似项目业绩得1分，最多得2分。【有效业绩证明材料须包括中标（成交）通知书或合同的复印件（或扫描件）】。</p>	2.0000	客观	供应商提交的其他证明材料.docx

	技术参数要求	完全满足招标文件技术要求的得 <b>19.00</b> 分。评分原则：未带任何符号的为一般技术参数条款【共 <b>190</b> 条】，全部满足得 <b>19.00</b> 分，有一条不满足扣 <b>0.1</b> 分，扣完（ <b>19.00</b> 分）为止。注：参数条数以 <b>1、1.1</b> 最低的序号级别为准。	<b>19.0000</b>	客观	技术应答表.docx 供应商提交的其他证明材料.docx
价格分	价格	挂网产品的报价分： <b>10</b> 分（权重 <b>10%</b> ）：满足招标文件要求且评审报价按四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统（招采子系统）产品实时挂网价格（单价）统一下浮比例（ <b>xxx%</b> ）最高的评审报价为基准价（ <b>xxx%</b> ），得 <b>10</b> 分，其他投标人报价为评审报价，价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（ <b>1-基准价</b> ）/（ <b>1-报价下浮比例</b> ）* <b>10分*100%</b> 。注：①挂网产品报价按四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统（招采子系统）实时挂网价格（单价）下浮比例（ <b>xxx%</b> ）进行报价（每个品种下浮比例一致）。	<b>10.0000</b>	客观	报价表 报价明细表

价格扣除

采购包1:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ <b>C1</b> ”表示）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无					

优先采购产品评审细则

采购包1:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足**3**家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足**3**个的，视为有效投标人不足**3**家）；
  - 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
  - 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
  - 四、因重大变故，采购任务取消的；
- 废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

5.6.定标

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

一、代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

二、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

三、采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在四川政府采购网公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

## 5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

## 5.8.评标委员会成员工作纪律

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

## 第六章投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 报价表

详见附件: 服务要求应答表.docx

详见附件: 关于招标文件“第二章实质性要求”的承诺函(实质性要求).docx

详见附件: 技术应答表.docx

详见附件: 具有健全财务会计制度的证明材料.docx

详见附件: 供应商提交的其他证明材料.docx

详见附件: 供应商提交的相关证明材料.docx

详见附件: 商务要求应答表.docx

详见附件: 报价明细表

## 第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购合同（草案）.docx