

### 第三章 技术、服务及其他要求

(注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。)

#### 3.1.采购内容

采购包1:

采购包预算金额(元): 1,500,000.00

采购包最高限价(元): 1,310,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量(计量单位)	标的金额(元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	C23120 500 医疗设备维修和保养服务	GE256排 CT维护保 养服务	1.00 (项)	1,310,000.00	其他未列 明行业	否	否	否	否	否

采购包2:

采购包预算金额(元): 100,000.00

采购包最高限价(元): 96,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量(计量单位)	标的金额(元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	C23120 500 医疗设备维修和保养服务	奥泰1.5T MRI维护 保养服务	1.00 (项)	96,000.00	其他未列 明行业	否	否	否	否	否

采购包3:

采购包预算金额(元): 100,000.00

采购包最高限价(元): 99,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	C23120 500 医疗 设备维修 和保养服 务	西门子3. 0T MRI 维护保养 服务	1.00 (项 )	99,000.0 0	其他未列 明行业	否	否	否	否	否

采购包4:

采购包预算金额(元): 130,000.00

采购包最高限价(元): 127,200.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	C23120 500 医疗 设备维修 和保养服 务	西门子64 排CT维护 保养服务	1.00 (项 )	127,200. 00	其他未列 明行业	否	否	否	否	否

报价要求

采购包1:

序号	报价内容	数量(计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	GE256排CT维护保养服务	1.00 (项)	1,310,000.00	总价	无

采购包2:

序号	报价内容	数量(计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	奥泰1.5T MRI维护保养服务	1.00 (项)	96,000.00	总价	无

采购包3:

序号	报价内容	数量(计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
----	------	----------	------	------	------

1	西门子3.0T MRI维护保养服务	1.00 (项)	99,000.00	总价	无
---	-------------------	----------	-----------	----	---

采购包4:

序号	报价内容	数量(计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	西门子64排CT维护保养服务	1.00 (项)	127,200.00	总价	无

★注: 采购包涉及采购货物的, 投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品, 不能指向唯一产品的, 应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品:

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注: 涉及核心产品的, 具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品:

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

不涉及
-----

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1:

标的名称：GE256排CT维护保养服务

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★		<p>1.提供采购人营门口院区现有256排CT（品牌：GE，型号：Revolution）维保，至少包含CT主机及软件的日常维护、清洁、巡检、保养、故障检修、升级、性能测试及校准技术服务。</p> <p>2.提供不限次数叫修服务及该项目设备所有零配件维修更换，相关费用包含在此次报价中。</p> <p>3.定期保养巡检：一年提供安全检查≥4次（每季度不少于1次），深度保养≥2次（每半年不少于1次），按需更换易损耗件，保养耗材需提供合格证明，并提供巡检、保养报告单，保障设备处于正常运行状态。</p> <p>4.安全检查：至少包括内部清洁，检查有无异常情况，局部检查和调整，清除机器内部灰尘。</p> <p>5.深度保养：包括设备的主体部分或主要组件进行检测，按需更换已达到磨损限度的机械易损部件，记录并安排保养时间、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标性能、记录设备状况。</p> <p>6.维修：</p> <p>6.1设备发生的维修，须出具加盖供应商公章的报告单。</p> <p>6.2故障时，供应商应承担维修服务及因服务产生的所有费用；</p> <p>6.3供应商中标后所有更换的零备件为原厂全新合格备件</p> <p>7.备件供应：供应商在国内拥有配件仓库，保证常规备件的供应。</p> <p>8.设备开机率：开机率≥95%，即每年停机≤18天（一年365天）。若开机率低于95%，供应商将给予采购人三倍补偿，即停机时间每超出一天，维保服务合同期限自动延长三个自然日。</p> <p>9.供应商必须安排1名固定联系人员，负责维保设备的运行巡检、突发故障的处理。供应商应具备职业防护装备，按国家要求制定并落实职业防护措施。</p> <p>10.服务响应：</p> <p>10.1供应商提供7×24小时电话、网络等远程支持。为保障医院设备的正常运行，如在周末及非标准工作时间需维修，供应商须提供必要的技术响应和现场服务。供应商接到采购人的报修电话，服务工程师必须在0.5小时内做出维修电话响应，接到报修即派工，服务工程师在6小时内到场维修。</p> <p>10.2如遇重大活动、紧急事件，需根据采购人实际需求加派1-2名工程师到场服务，维护设备，直至重大活动、紧急事件结束。</p>
---	---	--	---

采购包2：

标的名称：奥泰1.5T MRI维护保养服务

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★	<p>1、提供采购人九江院区现有<b>1.5TMRI</b>（品牌：奥泰，型号：<b>EchoStar Comfort</b>）维保，至少包含<b>MRI</b>主机及软件的日常维护、清洁、巡检、保养、故障检修、升级、性能测试及校准技术服务。</p> <p>2、供应商必须安排<b>1</b>名固定联系人员，负责维保设备的运行巡检、突发故障的处理。供应商应具备职业防护装备，按国家要求制定并落实职业防护措施。</p> <p>3、设备开机率：开机率<b>≥95%</b>，即每年停机<b>≤18</b>天（一年<b>365</b>天）。若开机率低于<b>95%</b>，供应商将给予采购人三倍补偿，即停机时间每超出一天，维保服务合同期限自动延长三个自然日。</p> <p>4、合同期内故障报修次数不限，现场维修工时费包含在此次报价中。</p> <p>5、定期保养巡检：一年提供<b>≥4</b>次巡检（每季度不少于<b>1</b>次）、<b>≥2</b>次（每半年不少于<b>1</b>次）的深度保养，并提供巡检、保养报告单，保障设备处于最佳运行状态。至少包括机器清洁、性能测试、梯度系统涡流校正、射频发射线圈的检测与调整、磁场均匀度的检查与调整和清除垃圾文件，并提供维修、保养报告单。包括系统安全功能性测试：失超管及出口环境、失超阀门、磁体部分检查、通风和空调系统状态、紧急关机按钮、病床符合厂家标准。包括系统环境检查：设备间温湿度、操作间温湿度、磁体间温湿度、系统输入电压符合厂家标准。</p> <p>6、更换磁体病人通风风扇过滤网，更换初次级冷却水过滤器（费用包含在本次报价中）。</p> <p>7、供应商必须具有与采购人奥泰<b>MRI</b>设备维修涉及的专业维修工具并提供适用于本设备型号的励磁电源、匀场仪工具。</p> <p>8、设备需要更换配件，如经院内程序确认由供应商提供服务，须按以下要求：对于常用备件：头线圈、腹部线圈、梯度放大器、冷头、射频放大器、压缩机的备件购销合同，以证明供应商备件来源的合法性。并确保提供的备件是完全适配于设备，无安全隐患，保证安装完毕后达到设备运行标准。备件更换时限，常用备件<b>8</b>小时内，不常用备件<b>48</b>小时内。</p> <p>9、若冷头发生故障，为了减少液氦损失，需提前制定解决措施。</p> <p>10.服务响应：</p> <p>10.1供应商提供<b>7×24</b>小时电话、网络等远程支持。为保障医院设备的正常运行，如在周末及非标准工作时间需维修，供应商须提供必要的技术响应和现场服务。供应商接到采购人的报修电话，服务工程师必须在<b>0.5</b>小时内做出维修电话响应，接到报修即派工，服务工程师在<b>6</b>小时内到场维修。</p> <p>10.2如遇重大活动、紧急事件，需根据采购人实际需求加派<b>1-2</b>名工程师到场服务，维护设备，直至重大活动、紧急事件结束。</p> <p>11.其他要求</p> <p>鉴于本设备可能在维保期内因报废而停止使用，本次维保服务合同期限将根据设备实际使用寿命灵活调整，维保费用将按照实际服务时间进行结算，合同将自动终止，双方互不追究违约责任。</p>
---	---	--

采购包3：

标的名称：西门子**3.0T MRI**维护保养服务

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标												
1	★		<p>1、提供采购人营门口院区现有<b>3.0T MRI</b>（品牌：西门子，型号：<b>MAGNETOM Skyra</b>）维保，至少包含<b>MRI</b>主机及软件的日常维护、清洁、巡检、保养、故障检修、升级、性能测试及校准技术服务。</p> <p>2、维保服务内容包括：</p> <p>2.1定期保养巡检：一年提供<b>≥4</b>次巡检（每季度不少于<b>1</b>次）、<b>≥2</b>次（每半年不少于<b>1</b>次）的深度保养，并提供巡检、保养报告单，保障设备处于最佳运行状态。</p> <p>2.2系统环境检查：至少包括设备间温湿度、操作间温湿度、磁体间温湿度、系统输入电压符合厂家标准。</p> <p>2.3系统状态检查：至少包括图像质量、故障信息代码符合厂家标准。</p> <p>2.4更换磁体病人通风风扇过滤网（费用包含在本次报价中）。</p> <p>2.5更换初次级冷却水过滤器（费用包含在本次报价中）。</p> <p>2.6清洁主副台内外灰尘、病床、磁体前后盖；各部位线圈维护保养。</p> <p>2.7系统安全功能性测试：至少包括失超管及出口环境、失超阀门、磁体部分检查、通风和空调系统状态、紧急关机按钮、病床符合厂家标准。</p> <p>2.8合同期内故障报修次数不限，现场维修工时费包含在此次报价中。</p> <p>2.9保证设备开机率<b>≥95%</b>。即每年停机<b>≤18</b>天（一年<b>365</b>天）。若开机率低于<b>95%</b>，供应商将给予采购人三倍补偿，即停机时间每超出一天，维保服务合同期限自动延长三个自然日。</p> <p>2.10软件安全升级，费用包含在此次报价中。</p> <p>2.11备件更换时限，接采购人通知后，常用备件<b>8</b>小时内，不常用备件<b>48</b>小时内。</p> <p>2.12保养耗材在提供保养时需提供合格证明材料。</p> <p>3.维修：</p> <p>3.1设备发生的维修，须出具加盖供应商公章的报告单。</p> <p>3.2所有更换的零备件需为原厂全新合格备件并在更换时向院方出具证明文件。</p> <p>3.3如设备故障发生损坏，需要更换以下配件时，供应商无须承担费用（除以下配件外，其余配件的维修及更换均包含在本次报价内），以下备件的报价仅作为采购人的价格参考，若供应商可提供全新原厂备件（配件更换时需提供相关证明材料），原则上由供应商提供服务并在实际服务中由采购人支付实际费用。备件价格不得高于当年市场平均价，否则医院有权选择其它商家。供应商须提供以下备件报价。如因税率、汇率等市场因素变化，下浮不限，上浮范围不超过<b>10%</b>。</p> <table border="1" data-bbox="576 1778 1406 2011"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>备件名称</th> <th>全价</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4K冷头</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>氦压机</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>水冷机变频水泵</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4.供应商必须安排<b>1</b>名固定联系人员，负责维保设备的运行巡检、突发故障的处理。供应商应具备职业防护装备，按国家要求制定并落实职业防护措施。</p> <p>5服务响应：</p>	序号	备件名称	全价	1	4K冷头		2	氦压机		3	水冷机变频水泵	
序号	备件名称	全价													
1	4K冷头														
2	氦压机														
3	水冷机变频水泵														

		<p>5.1 供应商提供7×24小时电话、网络等远程支持。为保障医院设备的正常运行，如在周末及非标准工作时间需维修，供应商须提供必要的技术响应和现场服务。供应商接到采购人的报修电话，服务工程师必须在0.5小时内做出维修电话响应，接到报修即派工，服务工程师在6小时内到场维修。</p> <p>5.2 如遇重大活动、紧急事件，需根据采购人实际需求加派1-2名工程师到场服务，维护设备，直至重大活动、紧急事件结束。</p>
--	--	--

采购包4:

标的名称: 西门子64排CT维护保养服务

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标																
1	★		<p>1. 提供采购人九江院区现有64排CT（品牌：西门子，型号：SOMATOM go.Top）维保，至少包含CT主机及软件的日常维护、清洁、巡检、保养、故障检修、升级、性能测试及校准技术服务。</p> <p>2. 提供不限次数叫修服务及该项目设备所有零配件维修更换（除球管、探测器、高压发生器、高压油箱+GBOX及其他厂家产品外，其余配件的维修及更换均包含在本次报价内）。</p> <p>3. 定期保养巡检：一年提供安全检查≥4次（每季度不少于1次），深度保养≥2次（每半年不少于1次），按需更换易损耗件，保养耗材为合格耗材，并提供巡检、保养报告单，保障设备处于最佳运行状态。</p> <p>4. 安全检查：至少包括内部清洁，检查有无异常情况，局部检查和调整，清除机器内部灰尘。</p> <p>5. 深度保养：包括设备的主体部分或主要组件进行检测，必要时更换已达到磨损限度的机械易损部件，记录并安排保养时间、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标性能、记录设备状况。</p> <p>6. 维修：</p> <p>6.1 设备发生的维修，须出具加盖供应商公章的报告单。</p> <p>6.2 所有更换的零备件需为原厂合格备件并在更换时向法院出具证明文件。</p> <p>6.3 如设备故障发生损坏，需要更换以下配件时，供应商无须承担费用，以下备件的报价仅作为采购人的价格参考，供应商提供全新原厂备件（配件更换时需提供相关证明材料），原则上由供应商提供服务并在实际服务中由采购人支付实际费用。备件价格不得高于当年市场平均价，否则医院有权选择其它商家。供应商须提供以下备件报价（含交换价和全价）。如因税率、汇率等市场因素变化，下浮不限，上浮范围不超过10%。</p> <table border="1" data-bbox="536 1816 1339 2065"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>备件名称</th> <th>交换价</th> <th>全价</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>球管和球管散热器组件</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>探测器</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>高压发生器</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>7. 备件供应：供应商在国内拥有配件仓库，保证常规备件的供应，且所提供的备</p>	序号	备件名称	交换价	全价	1	球管和球管散热器组件			2	探测器			3	高压发生器		
序号	备件名称	交换价	全价																
1	球管和球管散热器组件																		
2	探测器																		
3	高压发生器																		

		<p>件是原厂全新合格零备件。</p> <p>8.设备开机率：开机率<math>\geq 95\%</math>，即每年停机<math>\leq 18</math>天（一年365天）。若开机率低于95%，供应商将给予采购人三倍补偿，即停机时间每超出一天，维保服务合同期限自动延长三个自然日。</p> <p>9.供应商必须安排1名固定联系人员，负责维保设备的运行巡检、突发故障的处理。供应商应具备职业防护装备，按国家要求制定并落实职业防护措施。</p> <p>10.服务响应：</p> <p>10.1供应商提供7×24小时电话、网络等远程支持。为保障医院设备的正常运行，如在周末及非标准工作时间需维修，供应商须提供必要的技术响应和现场服务。供应商接到采购人的报修电话，服务工程师必须在0.5小时内做出维修电话响应，接到报修即派工，服务工程师在6小时内到场维修。</p> <p>10.2如遇重大活动、紧急事件，需根据采购人实际需求加派1-2名工程师到场服务，维护设备，直至重大活动、紧急事件结束。</p>
--	--	--

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
----	------	--------	--------

维保服务质量考核表							
1	★	维保服务质量考核表	设备名称		型号规格及数量		
			服务公司		联系人及电话		
			考核周期	年 月 日至 年 月 日			
			服务内容	派单次数：___次 是否完成每季度巡检：是£ 否£ 是否完成每半年深度保养：是£ 否£ 其它服务内容：			
			考核指标		分值	扣分标准	得分
			响应时间及时		30	一次不符扣10分	
			服务质量达标		30	一次不符扣10分	
			服务资料符合要求且完善		40	一次不符扣10分	
			总分				
			扣分情况及服务建议	注：考核人填写，如无请填“无”			
			考核人		使用部门负责人		
			备注：此表自合同签订后按月考核，维保服务商准备当月服务资料后，由使用部门操作人员及管理部门经办人共同考核，服务资料附后。				

采购包2:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容

维保服务质量考核表							
1	★	维保服务质量考核表	设备名称		型号规格及数量		
			服务公司		联系人及电话		
			考核周期	年 月 日至 年 月 日			
			服务内容	派单次数：___次 是否完成每季度巡检：是£ 否£ 是否完成每半年深度保养：是£ 否£ 其它服务内容：			
			考核指标		分值	扣分标准	得分
			响应时间及时		30	一次不符扣10分	
			服务质量达标		30	一次不符扣10分	
			服务资料符合要求且完善		40	一次不符扣10分	
			总分				
			扣分情况及服务建议	注：考核人填写，如无请填写“无”			
			考核人		使用部门负责人		
			备注：此表自合同签订后按月考核，维保服务商准备当月服务资料后，由使用部门操作人员及管理部门经办人共同考核，服务资料附后。				

采购包3:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
----	------	--------	--------

维保服务质量考核表							
1	★	维保服务质量考核表	设备名称		型号规格及数量		
			服务公司		联系人及电话		
			考核周期	年 月 日至 年 月 日			
			服务内容	派单次数：___次 是否完成每季度巡检：是£ 否£ 是否完成每半年深度保养：是£ 否£ 其它服务内容：			
			考核指标		分值	扣分标准	得分
			响应时间及时		30	一次不符扣10分	
			服务质量达标		30	一次不符扣10分	
			服务资料符合要求且完善		40	一次不符扣10分	
			总分				
			扣分情况及服务建议	注：考核人填写，如无请填写“无”			
			考核人		使用部门负责人		
			备注：此表自合同签订后按月考核，维保服务商准备当月服务资料后，由使用部门操作人员及管理部门经办人共同考核，服务资料附后。				

采购包4:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容

维保服务质量考核表							
1	★	维保服务质量考核表	设备名称		型号规格及数量		
			服务公司		联系人及电话		
			考核周期	年 月 日至 年 月 日			
			服务内容	派单次数：___次 是否完成每季度巡检：是£ 否£ 是否完成每半年深度保养：是£ 否£ 其它服务内容：			
			考核指标		分值	扣分标准	得分
			响应时间及时		30	一次不符扣10分	
			服务质量达标		30	一次不符扣10分	
			服务资料符合要求且完善		40	一次不符扣10分	
			总分				
			扣分情况及服务建议	注：考核人填写，如无请填写“无”			
			考核人		使用部门负责人		

备注：此表自合同签订后按月考核，维保服务商准备当月服务资料后，由使用部门操作人员及管理部门经办人共同考核，服务资料附后。

### 3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	本项目一招三年，合同一年一签，验收合格后续签下一年度合同
2	★	服务地点	成都市第四人民医院营门口院区（成都市金牛区互利西一巷8号）
3	★	验收、交付标准和方法	采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。验收标准按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与政府采购合同的约定执行。
4	★	支付方式	一次付清
5	★	付款进度安排	1、合同期满且项目验收通过后，中标人需向采购人提交合同期内的维保服务资料及发票。（因系统固化原因，本项付款进度安排中“达到付款条件起14日内”不适用于本项目，以“达到付款条件起10个工作日内”为准，供应商响应此条款时按“达到付款条件起10个工作日内”进行响应），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的100.00%

6	★	违约责任与解决争议的方法	<p>(一) 违约责任： 采购人违约责任： 1.因采购人无正当理由拒绝验收项目或无故造成项目验收不通过的，采购人应偿付合同总价万分之三的违约金； 2.因采购人无正当理由单方面导致逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向中标人偿付欠款总额万分之一/天的违约金，但是累计不得超过本合同总价的百分之一。因中标人原因致使采购人延迟或拒绝付款的，不视为采购人违约。 3.若采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，在中标人提供有效证明的前提下还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。 中标人违约责任： 1.中标人中标后不与采购人签订合同的，应对采购人承担合同总标的20%的违约责任，并承担采购人因主张权利而产生的诉讼费、保全费、执行费、律师费、交通费、公告费等费用。 2.因中标人原因导致采购人设备故障或损害的，采购人有权解除合同。中标人需向采购人支付合同总金额的百分之三十作为违约金且需赔偿采购人的全部损失（直接损失包括但不限于：设备的折旧费、故障修理费，若造成不能使用的后果还需要支付换新设备的费用等；间接损失包括但不限于：因为设备故障造成的停工损失，以停工之日当年日均检查收入作为定损依据，按日计算）。 3.如中标人违反合同约定擅自变更或解除合同的，中标人须退还采购人已支付的全部款项及利息，另支付合同总额百分之三十的违约金，并赔偿采购人由此产生的一切损失。 4.中标人除承担上述违约责任外，还应承担采购人为主张权利而实际产生的费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、鉴定费等等。（二）争议解决办法：合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方都应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>
---	---	--------------	--

采购包2:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	本项目一招三年，合同一年一签，验收合格后续签下一年度合同
2	★	服务地点	成都市第四人民医院九江院区（成都市双流区草金路105号）
3	★	验收、交付标准和方法	采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。验收标准按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与政府采购合同的约定执行。
4	★	支付方式	一次付清
5	★	付款进度安排	1、合同期满且项目验收通过后，中标人需向采购人提交合同期内的维保服务资料及发票。（因系统固化原因，本项付款进度安排中“达到付款条件起14日内”不适用于本项目，以“达到付款条件起10个工作日内”为准，供应商响应此条款时按“达到付款条件起10个工作日内”进行响应），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的100.00%

6	★	违约责任与解决争议的方法	<p>(一) 违约责任： 采购人违约责任： 1.因采购人无正当理由拒绝验收项目或无故造成项目验收不通过的，采购人应偿付合同总价万分之三的违约金； 2.因采购人无正当理由单方面导致逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向中标人偿付欠款总额万分之一/天的违约金，但是累计不得超过本合同总价的百分之一。因中标人原因致使采购人延迟或拒绝付款的，不视为采购人违约。 3.若采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，在中标人提供有效证明的前提下还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。 中标人违约责任： 1.中标人中标后不与采购人签订合同的，应对采购人承担合同总标的20%的违约责任，并承担采购人因主张权利而产生的诉讼费、保全费、执行费、律师费、交通费、公告费等费用。 2.因中标人原因导致采购人设备故障或损害的，采购人有权解除合同。中标人需向采购人支付合同总金额的百分之三十作为违约金且需赔偿采购人的全部损失（直接损失包括但不限于：设备的折旧费、故障修理费，若造成不能使用的后果还需要支付换新设备的费用等；间接损失包括但不限于：因为设备故障造成的停工损失，以停工之日当年日均检查收入作为定损依据，按日计算）。 3.如中标人违反合同约定擅自变更或解除合同的，中标人须退还采购人已支付的全部款项及利息，另支付合同总额百分之三十的违约金，并赔偿采购人由此产生的一切损失。 4.中标人除承担上述违约责任外，还应承担采购人为主张权利而实际产生的费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、鉴定费等等。（二）争议解决办法：合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方都应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>
---	---	--------------	--

采购包3:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	本项目一招三年，合同一年一签，验收合格后续签下一年度合同
2	★	服务地点	成都市第四人民医院营门口院区（成都市金牛区互利西一巷8号）
3	★	验收、交付标准和方法	采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。验收标准按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与政府采购合同的约定执行。
4	★	支付方式	一次付清
5	★	付款进度安排	1、合同期满且项目验收通过后，中标人需向采购人提交合同期内的维保服务资料及发票。（因系统固化原因，本项付款进度安排中“达到付款条件起14日内”不适用于本项目，以“达到付款条件起10个工作日内”为准，供应商响应此条款时按“达到付款条件起10个工作日内”进行响应），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的100.00%

6	★	违约责任与解决争议的方法	<p>(一) 违约责任： 采购人违约责任： 1.因采购人无正当理由拒绝验收项目或无故造成项目验收不通过的，采购人应偿付合同总价万分之三的违约金； 2.因采购人无正当理由单方面导致逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向中标人偿付欠款总额万分之一/天的违约金，但是累计不得超过本合同总价的百分之一。因中标人原因致使采购人延迟或拒绝付款的，不视为采购人违约。 3.若采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，在中标人提供有效证明的前提下还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。 中标人违约责任： 1.中标人中标后不与采购人签订合同的，应对采购人承担合同总标的20%的违约责任，并承担采购人因主张权利而产生的诉讼费、保全费、执行费、律师费、交通费、公告费等费用。 2.因中标人原因导致采购人设备故障或损害的，采购人有权解除合同。中标人需向采购人支付合同总金额的百分之三十作为违约金且需赔偿采购人的全部损失（直接损失包括但不限于：设备的折旧费、故障修理费，若造成不能使用的后果还需要支付换新设备的费用等；间接损失包括但不限于：因为设备故障造成的停工损失，以停工之日当年日均检查收入作为定损依据，按日计算）。 3.如中标人违反合同约定擅自变更或解除合同的，中标人须退还采购人已支付的全部款项及利息，另支付合同总额百分之三十的违约金，并赔偿采购人由此产生的一切损失。 4.中标人除承担上述违约责任外，还应承担采购人为主张权利而实际产生的费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、鉴定费等等。（二）争议解决办法：合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方都应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>
---	---	--------------	--

采购包4:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	本项目一招三年，合同一年一签，验收合格后续签下一年度合同
2	★	服务地点	成都市第四人民医院九江院区（成都市双流区草金路105号）
3	★	验收、交付标准和方法	采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。验收标准按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与政府采购合同的约定执行。
4	★	支付方式	一次付清
5	★	付款进度安排	1、合同期满且项目验收通过后，中标人需向采购人提交合同期内的维保服务资料及发票。（因系统固化原因，本项付款进度安排中“达到付款条件起14日内”不适用于本项目，以“达到付款条件起10个工作日内”为准，供应商响应此条款时按“达到付款条件起10个工作日内”进行响应），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的100.00%

6	★	违约责任与解决争议的方法	<p>(一) 违约责任： 采购人违约责任： 1.因采购人无正当理由拒绝验收项目或无故造成项目验收不通过的，采购人应偿付合同总价万分之三的违约金； 2.因采购人无正当理由单方面导致逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向中标人偿付欠款总额万分之一/天的违约金，但是累计不得超过本合同总价的百分之一。因中标人原因致使采购人延迟或拒绝付款的，不视为采购人违约。 3.若采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，在中标人提供有效证明的前提下还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。 中标人违约责任： 1.中标人中标后不与采购人签订合同的，应对采购人承担合同总标的20%的违约责任，并承担采购人因主张权利而产生的诉讼费、保全费、执行费、律师费、交通费、公告费等费用。 2.因中标人原因导致采购人设备故障或损害的，采购人有权解除合同。中标人需向采购人支付合同总金额的百分之三十作为违约金且需赔偿采购人的全部损失（直接损失包括但不限于：设备的折旧费、故障修理费，若造成不能使用的后果还需要支付换新设备的费用等；间接损失包括但不限于：因为设备故障造成的停工损失，以停工之日当年日均检查收入作为定损依据，按日计算）。 3.如中标人违反合同约定擅自变更或解除合同的，中标人须退还采购人已支付的全部款项及利息，另支付合同总额百分之三十的违约金，并赔偿采购人由此产生的一切损失。 4.中标人除承担上述违约责任外，还应承担采购人为主张权利而实际产生的费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、鉴定费等等。（二）争议解决办法：合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方都应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>
---	---	--------------	--

### 3.4.其他要求

#### 采购包1:

- 一、项目文件说明 【1.评审因素：项目实施方案、项目质量及应急方案、技术服务方案、投标人实力、类似项目业绩】  
**【2.说明因系统固化原因，采购文件第二章“2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★”中第一项不适用于本项目，不作为评审依据】**

#### 采购包2:

- 一、项目文件说明 【1.评审因素：项目实施方案、项目质量及应急方案、技术服务方案、投标人实力、类似项目业绩】  
**【2.说明因系统固化原因，采购文件第二章“2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★”中第一项不适用于本项目，不作为评审依据】**

#### 采购包3:

- 一、项目文件说明 【1.评审因素：项目实施方案、项目质量及应急方案、技术服务方案、投标人实力、类似项目业绩】  
**【2.说明因系统固化原因，采购文件第二章“2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★”中第一项不适用于本项目，不作为评审依据】**

#### 采购包4:

- 一、项目文件说明 【1.评审因素：项目实施方案、项目质量及应急方案、技术服务方案、投标人实力、类似项目业绩】  
**【2.说明因系统固化原因，采购文件第二章“2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★”中第一项不适用于本项目，不作为评审依据】**